




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/ 0800 /2016

Żory, 30.03.2016r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (2)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora, Nr 09/DZP/2016.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ, Rozdział 2, pkt. 1 lit. d):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczony asortyment posiadał na opakowaniach informacje/napisy dot. m.in. numeru serii, warunków przechowywania oraz okresu ważności w języku polskim lub informacje te były wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych? Jeżeli tak prosimy o odpowiednią zmianę §3 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ (Odczynniki):

Prosimy i usunięcie kolumny „mmmmmm”.

Odpowiedź:

Zamawiający na swojej stronie internetowej umieścił poprawiony, prawidłowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ, Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych analizatora hematologicznego – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w nazwie kolumny z „ *badań immunodiagnostycznych*” na „ *badań hematologicznych*”.

Odpowiedź:

Zamawiający na swojej stronie internetowej umieścił poprawiony, prawidłowy Załącznik nr 3 do SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ, Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych analizatora hematologicznego – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy licząc od daty dostawy? Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie

odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności(pkt. 6 lit. c tabeli).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ, Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych analizatora hematologicznego – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany i analizator posiadał jedynie Deklarację Zgodności CE potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro bez certyfikatu/świadectwa dopuszczenia do użytku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy, wytwórca wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z wykazu B, czyli tzw. wyrobów do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych”, do których zostały zakwalifikowane przez wytwórcę oferowane przez naszą firmę analizatory hematologiczne wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania badań, w celu oznakowania wyrobu znakiem CE przeprowadza samodzielnie, bez udziału jednostki notyfikowanej, ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz sporządza deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Przeprowadzenie oceny zgodności upoważnia do naniesienia na wyrób oznakowania CE. W rezultacie sporządzona Deklaracja Zgodności CE potwierdza oznakowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro znakiem CE oraz dopuszczenie do obrotu i używania. Ponadto wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel poprzez Deklarację Zgodności CE zapewnia i oświadcza, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, dla którego Deklaracja Zgodności została wystawiona spełnia odnoszące się do tego wyrobu wymagania(pkt. 8 lit. a tabeli).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby oferowany i analizator posiadał jedynie Deklarację Zgodności CE potwierdzającą spełnienie wymagań zasadniczych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro bez certyfikatu/świadectwa dopuszczenia do użytku.

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ, Istotne warunki przyszłej umowy - Projekt - Załącznik nr 7 do SIWZ:

§1 ust. 4 i §3 ust. 4: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu i dokonywania zamówień w zależności od rzeczywistych potrzeb. W związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 5

§2 ust. 2 lit. f:Prosimy o usunięcie ww. punktu, gdyż jego treść zawarta jest w punkcie d.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w umowie bez zmian

Pytanie 6

§3 ust. 3:Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z

zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwi precyzyjne planowanie oraz zapewni pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 7

§3 ust. 7 i §8 ust. 3: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 8

§3 ust. 13: Prosimy o wykreślenie zwrotu „*telefonicznie*” i usunięcie możliwości składania reklamacji telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych reklamacji i osoby składającej reklamację. Proponujemy dodać zapis „*lub mailem*”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zwrotu „*telefonicznie*” i zastępuje go zapisem „*lub mailem*”(w załączeniu wzór umowy po wprowadzeniu zmian).

Pytanie 9

§5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy”.

§8 ust. 1 pkt. c): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia projektu umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od wartości umowy brutto.

W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 10

§8 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy niedotrzymanie terminów dostaw wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Wykonawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 11

§8 ust. 5: Zwracamy uwagę na kwestię potrącania kar umownych z wynagrodzenia. Zasadne byłoby, aby Wykonawca znał ewentualną kwotę kary umownej przed jej potrąceniem i ewentualnie mógł wówczas wyrazić zgodę na jej potrącenie z wynagrodzenia. Takie automatyczne i jednostkowe „potrącenie” może prowadzić do licznych błędów. W konsekwencji prosimy o dodanie zapisu w brzmieniu:

„W takim wypadku potrącenie dokonane będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z tytułu naliczonych kar umownych, należne wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 12

§8 ust. 6: Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia wzoru umowy, gdyż narusza ono prawo wierzycieli do ochrony swoich praw w razie niewypłacalności dłużnika, zagwarantowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 13

§8: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia projektu umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: *„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, za wyjątkiem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 1”.*

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian

Pytanie 14

§8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

„Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości umowy, określonej w §4 ust.1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian

Pytanie 15

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:


1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
 - b) przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
 - d) zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zamawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy w umowie bez zmian. Zamawiający wskazuje, że w przypadku zaistnienia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi, Zamawiający zamierza dokonać tego w oparciu o odrębną umowę zawartą z wykonawcą.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Stępień

Umieszczono na stronie internetowej^{31/03/}.....2016r.


URZĘDNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ROZLICZANIA UMÓW
Iwona Łasa