


Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 033 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/ 0786 /2016

Żory, 29.03.2016r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów, Nr 10/DZP/2016.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ rozdział 2, punkt 1 d) oraz wzór umowy §3 ust. 12

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczania do asortymentu instrukcji użytkowania w j. polskim, jeśli są one umieszczone w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej Oferenta, do których Zamawiający ma całodobowo bezpłatny dostęp?

Adres strony zostanie przedstawiony w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ rozdział 2, punkt 2 oraz wzór umowy §3 ust. 16:

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczania kart charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD dla odczynników, jeśli są one umieszczone w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej Oferenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ rozdział 2, punkt 2 oraz wzór umowy §3 ust. 16:

Czy jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to czy uzna za spełnienia wymogów jeśli karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD dla odczynników zostaną przesłane wraz z umową?

Uzasadnienie: Produkty wysyłane są z Magazynu, który nie posiada informacji, która dostawa jest pierwszą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych wraz z umową.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków jeśli Wykonawca dołączy do oferty wymagane metodyki oznaczeń i/lub inne materiały informacyjne w formie papierowej zbindowane osobno, podpisane tylko na pierwszej stronie lub w wersji elektronicznej na płycie CD?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów do umowy, regulujących kwestię powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z wymogiem podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej?

Uzasadnienie : W związku z tym, iż Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do szpitalnej sieci laboratoryjnej, w której znajdują się dane osobowe, prosimy o doprecyzowanie ww. kwestii.

Jednym z wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest konieczność wprowadzenia zapisów do umowy głównej bądź zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestię powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z cytowanym przepisem Administrator danych (Zamawiający) może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku warto zaznaczyć, iż to do obowiązków administratora danych należy zawarcie komentowanej umowy, w przypadku kiedy powierza przetwarzanie danych innemu podmiotowi. W przypadku braku umowy powierzenia administrator danych może się narazić na zarzut przekazania danych osobie nieuprawnionej i odpowiedzialność karną z art 51 oraz 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający – o ile zaistnieje konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi – zamierza uregulować związane z tym kwestie w odrębnej umowie.

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ Rozdział 2 pkt. 1a) oraz Rozdział 4 pkt 1. oraz istotne warunki przyszłej umowy §3 ust. 1:

Czy Zamawiający mógłby ujednoczyć termin dostawy analizatorów?

Uzasadnienie: W treści SIWZ oraz istotnych postanowieniach umowy zamieszczone są różne terminy dostawy aparatów (14 dni lub 21 dni). Prosimy o doprecyzowanie, który z terminów jest właściwy i o modyfikację zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający w Rozdziale 2 pkt 1 a) Zamawiający omyłkowo wpisał termin dostawy 14 dni, powinno być:

„Dostawa aparatu wraz z instalacją, dokonana ma zostać max. do 21 dni od daty podpisania umowy, loco laboratorium analityczne mieszczące się w Żorach przy ul. Dąbrowskiego 20”

Pytanie 7

Dotyczy SIWZ Rozdział 2 pkt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego dodatkowego zewnętrznego szkolenia z obsługi aparatów dla 3 osób?

Uzasadnienie: W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę szkolenia stanowiskowego z zakresu obsługi aparatów dla 15 osób w siedzibie Zamawiającego, wnosimy o wykreślenie tego dodatkowego wymogu z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego dodatkowego zewnętrznego szkolenia z obsługi aparatów dla 3 osób.

Pytanie 8

Istotne warunki przyszłej umowy (zał. nr 7):

§3 ust. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

§3 ust. 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania reklamacji formą elektroniczną?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację ze względu na fakt, iż nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania reklamacji po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

§3 ust. 14 – Czy Zamawiający czy wyrazi zgodę na określenie terminu rozpatrzenia reklamacji jako 7 dni roboczych oraz wymiany towaru do 4 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

§6 ust. 1- Czy Zamawiający wyraża zgodę na 60-dniowy termin płatności liczony od dnia prawidłowego wystawienia faktury przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

§8 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 20 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

§8 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 20 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

§8 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy lub odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, nie mniej niż 300,00 zł”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

§8 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ostatniego zdania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Stępińska
mgr Katarzyna Stępińska

Umieszczono na stronie internetowej^{30/03/}.....2016r.

WIEPOWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
I ROZLICZANIA UMÓW

Wojciech Łasa