

L.dz.MZOZ/DZP/*MSD* /2016

Żory, 09.05.2016r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (3)

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia oddziałów w Szpitalu Miejskim w Żorach, Nr 14/DZP/2016

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pakiet nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości całkowitej 1030 mm (wraz z krążkami odbojowymi; zarówno w przypadku barierek bocznych podniesionych , jak i opuszczonych), co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1cm?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej od 1020 mm do 1030 mm

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) o szerokości całkowitej 980 mm (wraz z krążkami odbojowymi; zarówno w przypadku barierek bocznych podniesionych , jak i opuszczonych), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) o szerokości całkowitej 930 mm (wraz z krążkami odbojowymi; zarówno w przypadku barierek bocznych podniesionych , jak i opuszczonych), co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) o długości całkowitej 2130 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm i nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) o wysokości leża 550 mm?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1), którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1), którego leże wypełnione jest metalową siatką lakierowaną proszkowo bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1), z jedną dźwignią regulującą segment oparcia pleców oraz segment uda (segmenty pleców oraz uda regulowane są oddzielnie; taka sama pomyłka może nastąpić w przypadku jednej dźwigni jak i dwóch– nie ma to żadnego wpływu na funkcjonalność łóżka)?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) ze szczytami wykonanymi z rur pokrytych powłoką niklowo-chromową, wypełnionych wkładem z płyty tworzywowej, wytworzone bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) ze szczytami wykonanymi z rur lakierowanych proszkowo, wypełnionych wkładem z płyty tworzywowej, wytworzone bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź;

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) ze szczytami tworzywowymi, wytworzonymi bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) z możliwością montażu wieszaka kroplówki tylko od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) wyposażony w materac w pokrowcu bez właściwości antibakteryjnych?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) wyposażony w materac w pokrowcu bez właściwości antyalergicznyc

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko(poz. 1) wyposażone w barierki boczne pokryte warstwą niklowo – chromową, wykonane bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, wykonane bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1) wyposażone w barierki boczne wykonane z 3 profili o wymiarach 4 x 2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty tworzywowej typu unilam, co jest rozwiązaniem trwalszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami nieprofilowanymi?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z dwoma rantami oraz blatem głównym bez rantów?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany?

Odpowiedź:

Zaoferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający wydzieli łóżka z poz. 1 oraz szafki przyłóżkowe do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia Pakiet nr 1 bez zmian.

Pytanie 23

Czy Zamawiający pozwoli w pakiecie 1 na składanie ofert na poszczególne pozycje?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ Rozdział 3 ust. 1, Zamawiający wymaga aby oferta złożona była na pełen zakres asortymentu w danym zadaniu/pakiecie

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) o szerokości całkowitej 990 mm (wraz z krążkami odbojowymi; zarówno w przypadku barierek bocznych podniesionych, jak i opuszczonych), co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z leżem o szerokości 870 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest rozwiązaniem bezpiecznym dla pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3), którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z diodami, które zamiast koloru pomarańczowego świecą na żółto?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do min 70°.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z centralną blokadą kół?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) ze szczytami tworzywowymi, wytworzonymi bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 3) z Trendelenburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, który posiada cztery koła jezdne blokowane centralnie i może pełnić rolę zarówno stołu jak i wózka?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o długości całkowitej 2050 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 2 cm?

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza stół zabiegowy o długości całkowitej 2050 mm, jednocześnie w pozycji nr 3 opis stołu będzie zapis w brzmieniu : Długość stołu: 2000mm (± 50mm)

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z blatem o szerokości 573 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź;

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy, którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo bez nanotechnologii srebra?

Odpowiedź;

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z leżem wyposażonym w materac zamiast tapicerowanej płyty, co ułatwia wymianę powierzchni tapicerowanej w przypadku zużycia lub mechanicznego zniszczenia?

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet nr 3

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją oparcia pleców w zakresie od -15° do +45°?

Odpowiedź;


Zamawiający nie wyraża zgody zbyt duża różnica

UWAGA!!!

Wykonawcy zobowiązani są ponieść zmiany wynikające z odpowiedzi do Formularza Asortymentowo-Cenowego

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU


mgr Katarzyna Stępień

Umieszczono na stronie internetowej ...09/05/...2016r.