




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 154 100,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/1153 /2016

Żory, 09.05.2016r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (6)

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia oddziałów w Szpitalu Miejskim w Żorach, Nr 14/DZP/2016

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – łóżka szpitalne, łóżka elektryczne, szafki przyłóżkowe, stoły zabiegowe

Pozycja 1 – łóżko szpitalne 4 segmentowe, ilość 89 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru dającego powierzchnię gładką, łatwą w dezynfekcji, bez nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis w SIWZ bez zmian

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym z użyciem lakieru dającego powierzchnię gładką, łatwą w dezynfekcji, bez nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zaferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione metalową siatką mocowaną na stałe?

Odpowiedź:

Zaferowany sprzęt zgodnie z zapisami i w SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z leżem czterosegmentowym, z segmentem oparcia pleców, uda i podudzia wypełnionymi stalową siatką lakierowaną proszkowo oraz segmentem lędźwiowym/siedziska wypełnionymi metalowymi lakierowanymi kształtownikami?

Odpowiedź:

Zaferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty, wyjmowane z ramy leża, wykonane w formie jednoczęściowych paneli tworzywowych, gładkie, bez trudnodostępnych miejsc, łatwe w dezynfekcji, bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nieposiadające powłok antybakteryjnych tym samym nieposiadające certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność lakieru oraz tworzywa?

Odpowiedź:

Zaferowany sprzęt zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające tylko powłoki lakiernicze z użyciem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, bez takich właściwości w zakresie materiałów z tworzywa, tym samym posiadające certyfikat potwierdzający antybakteryjność tylko w zakresie lakieru?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru dającego powierzchnię gładką, łatwą w dezynfekcji, bez nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pozycja 2 – szafki przyłóżkowe, ilość 107 szt.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego metalową lakierowaną proszkowo, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego wykonaną ze stali nierdzewnej, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego wykonaną ze stali nierdzewnej, poruszającą się w wykonanych ze stali nierdzewnej prowadnicach?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 740 do 1040 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blaty wykonane z estetycznej płyty HPL obustronnie laminowanej, odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blaty wykonane z płyty HPL z metalowymi relingami zabezpieczającymi przedmioty przed zsuwaniem się, zamiast wypukłej krawędzi zewnętrznej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladką posiadającą ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki jednak bez ogranicznika wysuwu uniemożliwiającego jej wysunięcie w stronę ściany?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pozycja 3 – elektryczne łóżko szpitalne, ilość 8 szt.**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością uzyskania minimalnej wysokości leża od podłogi na poziomie 350 mm, umożliwiającej komfortowe opuszczenie łóżka przez pacjenta bez względu na stan zdrowia i wzrost?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością uzyskania maksymalnej wysokości leża od podłogi na poziomie 810 mm, umożliwiającej ustawienie łóżka do pozycji egzaminacyjnej (do badań)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru dającego powierzchnię gładką, łatwą w dezynfekcji, bez nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne posiadające pilot przewodowy z trzema następującymi diodami:

- pierwsza dioda świecąca w kolorze pomarańczowym w trakcie wykonywania żądanego ustawienia łóżka,
- druga dioda (kilku funkcyjna) świecąca w kolorze pomarańczowym, gdy wszystkie funkcje są odblokowane, świecąca na kolor zielony, kiedy aktywna jest regulacja wysokości leża a pozostałe funkcje są zablokowane oraz nieemitująca światła w trakcie zablokowania wszystkich funkcji elektrycznych łóżka,
- trzecia dioda świecąca w kolorze zielonym informująca o posiadaniu przez łóżko zasilania – czyli gotowości do pracy

Oferowana sygnalizacja wizualna na pilocie jest rozwiązaniem korzystniejszym od opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami nr 3, odpowiedź na pytanie 28

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z płynną elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie do 74 stopni?

Odpowiedź:

Zgodnie z wyjaśnieniami nr 3, odpowiedź na pytanie 29

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty, wyjmowane z ramy leża, wykonane w formie jednocześnie paneli tworzywowych z kolorową wklejką, gładkie, bez trudnodostępnych miejsc, łatwe w dezynfekcji, bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nieposiadające powłok antybakteryjnych tym samym nieposiadające certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność lakieru oraz tworzywa?

Odpowiedź;

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające tylko powłoki lakiernicze z użyciem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, bez takich właściwości w zakresie materiałów z tworzywa, tym samym posiadające certyfikat potwierdzający antybakteryjność tylko w zakresie lakieru?

Odpowiedź;

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pozycja 4 – stół zabiegowy, ilość 4 szt.

Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

Odpowiedź;

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy posiadający konstrukcję wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru dającego powierzchnię gładką, łatwą w dezynfekcji, bez nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?

Odpowiedź;

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy, który nie posiada poręczy bocznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół zabiegowy nieposiadające powłok antybakteryjnych tym samym nieposiadające certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność lakieru?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w SIWZ

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr Katarzyna Bierkiewicz

Umieszczono na stronie internetowej09/05/.....2016r.