

L.dz.MZOZ/DZP/ 1865 /16

Żory, dnia 16 sierpień 2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (10)

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia na oddziały w Szpitalu Miejskim w Żorach PN 20/DZP/2016

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1

Dotyczy SIWZ:

Rozdział 4 pkt. 1 a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji etapu pierwszego do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Myjnie sanitarne (pakiet nr 1) produkowane są zgodnie z specyfikacją techniczną Zamawiającego. Standardowy cykl produkcyjny wynosi około 4-5 tygodni to tego należy doliczyć czas niezbędny na transport i odprawę celną.

Odpowiedź

Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu dostawy w pakiecie nr 1

Pytanie nr 2

Dotyczy SIWZ:

Rozdział 7 pkt. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty katalogów lub ulotek informacyjnych wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w sytuacji gdy zaoferowane urządzenia produkowane są poza granicami Polski? Standardowe ulotki informacyjne producenta zawierają ogólne informacje dotyczące urządzeń, na których nie ma potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów ze względu na ich specyfikę. Autoryzowany dystrybutor konfiguruje urządzenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i jest w stanie określić czy spełnia ono wymagania postępowania. W przypadku nie wyrażenia zgody na dostarczenie ulotek wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela czy Zamawiający dopuści przedstawienie oświadczenia producenta o spełnianiu postawionych wymagań wyszczególnionych w tabeli parametrów technicznych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy Umowy:

§ 6 ust. 3 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy na następujące: "Wykonawca zobowiązuje się dokonać wymiany podzespołu/części na fabrycznie nowe w sytuacji, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie podzespołu/części w okresie gwarancyjnym". Obecny zapis pozwala Zamawiającemu żądać wymiany sprzętu na nowy po pięciu mało istotnych naprawach elementów nie mających wpływu na sprawną pracę urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 5 - Czy zamawiający dopuści do oceny myjnię o wysokości 177,5cm co nieznacznie odbiega od wymagań i pozwala na ergonomiczne ładowanie od frontu na wygodnej wysokości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 5 - Czy zamawiający dopuści do oceny myjnię której głębokość wynosi 45cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 6 - Czy zamawiający dopuści do oceny myjnię której front i pokrywa górna wykonana jest ze stali kwasoodpornej co zdecydowanie ułatwia jego mycie i dezynfekcję?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 8 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzeń wyposażonych w dwie pompy? W oferowanej myjni dezynfekcja odbywa się termicznie i nie ma potrzeby dołączania chemii, która zwiększa zdecydowanie koszty eksploatacji?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało na zasadzie równoważności jedną pompę i dwa ramiona.

Pytanie nr 8

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 11 - Czy zamawiający poprzez basen rozumie basen z rączką o długości 55cm i takiego rozwiązania wymaga?

Odpowiedź

Zamawiający podaje granice rozmiaru basenu od 50-60cm

Pytanie nr 9

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 15 - Czy zamawiający dopuści do oceny większą ilość dysz czyli 12 w tym 5 obrotowych?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 17 - Czy zamawiający dopuści do oceny myjnię która zużywa na cykl krótki 17 litrów i długi 25 litrów przy jednoczesnym większym załadunku czyli dwóch kaczek i jednym basenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Lp. 18 - Czy zamawiający wymaga aby spełnienie normy 15883 cz.3 potwierdzone było przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Pytanie nr 12

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Zamawiający nie doprecyzował jaka ma być wydajność pompy obiegowej, w związku z tym czy zamawiający wymaga aby myjnia wyposażona była w pompę obiegową o wydajności min. 400l/min co powoduje sprawne mycie w krótkim czasie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga konkretnej wydajności, kwestię tę pozostawia Wykonawcy.

Pytanie nr 13

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Czy zamawiający wymaga zastosowania uszczelki drzwicowej labiryntowej wykonanej w postaci kanału ze stali kwasoodpornej bezobsługowej (nie wymagająca przeglądów i wymiany oraz odpornej na uszkodzenia mechaniczne)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 13


Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet nr 1 – urządzenie do mycia i dezynfekcji

Czy zamawiający wymaga, aby komora myjni wykonana była z głęboko tłoczonej stali kwasoodpornej AISI 316 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Stępieniec

UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia i naniesienia wszystkich wskazanych zmian Zamawiającego w formularzach i drukach składanej oferty

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu16-08-2016.....