



L.dz.MZOZ/DZP/1872/16

Żory, dnia 16 sierpień 2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (15)

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia na oddziały
w Szpitalu Miejskim w Żorach PN 20/DZP/2016

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 14

W dokumentacji przetargowej nie ma podanych dokładnych informacji dotyczących wspomnianego sprzętu, tj. wymiary wózka, materiał z jakiego ma być wykonany wózek, itp. Dane te są niezbędne do sporządzenia wiarygodnej oferty cenowej.

Odpowiedź

Zamawiający doopisuje wózek jak poniżej:
wózek o stałej wysokości, zestaw w składzie:

- wózek
- taca na zwłoki
- pokrywa z uszczelką przytwierdzoną cięgnami mocującymi.

Konstrukcja wózka, tacy i pokrywy wykonana ze stali kwasoodpornej. Wózek z czterema kółkami obrotowymi o średnicy 125mm.

Wymiary wózka:

- długość 220cm
- szerokość 78cm

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Stępień
mgr Katarzyna Stępień

UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia i naniesienia wszystkich wskazanych zmian Zamawiającego w formularzach i drukach składanej oferty

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 16-08-2016