

L.dz.MZOZ/DZP/18109 /16

Żory, dnia 12 sierpień 2016

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (4)

Dotyczy: postępowania przetargowego na zakup i dostawę wyposażenia na oddziały w Szpitalu Miejskim w Żorach PN 20/DZP/2016

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pytanie

(Załącznik nr 2 Pakiet nr 1 Urządzenie do mycia i dezynfekcji) :

1/ Ad. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości nieznacznie odbiegającej od wymaganej tj. 45cm i wysokości 173cm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach jak powyżej.

2/ Ad. Pkt 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie, w którym maksymalne zużycie wody podczas cyklu krótkiego wynosi 13 litrów, normalnego 20 litrów a podczas programu intensywnego 25 litrów ale nie wymagającego stosowania środka myjącego (detergentu) co sumarycznie zmniejsza koszty eksploatacji

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

3/ Ad. Pkt 8 W nawiązaniu do pytania nr 2 czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej pompy detergentu?

Uzasadnienie: Proponowana myjnia-dezynfektor posiada bardzo wydajny system myjący 13 dysz, które zapewniają skuteczne mycie bez użycia środków myjących.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4/ Ad. Pkt 11 Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga urządzenia o minimalnym wsadzie: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 3 „kaczki” lub 1 „basen”?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga urządzenia o minimalnym wsadzie: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 1 „kaczka” lub 1 „basen”.

5/ Ad. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego obudowa oraz głębokotłoczona komora myjąca są w całości wykonane ze stali nierdzewnej, znacznie trwalszej od tworzywa sztucznego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego obudowa oraz głębokotłoczona komora myjąca są w całości wykonane ze stali nierdzewnej.

6/ Czy Zamawiający wymaga aby myjnia-dezynfektor wyposażona była w teleskopową, wysuwaną główną dyszę myjącą, która skutecznie usuwa również spory *Clostridium difficile*.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga.

7/ Czy Zamawiający wymaga urządzenia paroszczelnego tj. takiego w którym podczas całego procesu także suszenia strumieniem powietrza para nie wydostaje się poza urządzenie a kondensat podczas suszenia odprowadzany jest do kanalizacji?

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8/ Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w suszenie poprzez nawiew strumieniem powietrza gwarantującego iż po zakończonym cyklu naczynia są suche bez skroplin?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w suszenie gwarantujące iż po zakończonym cyklu naczynia są suche bez skroplin.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Maciej Kozłowski

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
Spółka z o.o.
NIP: 651-16-04-392 Regon: 277961456
KRS: 000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
województwo śląskie tel.(032) 434-17-81 Fax (032) 434-12-71

UWAGA!!! Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia i naniesienia wszystkich wskazanych zmian Zamawiającego w formularzach i drukach składanej oferty

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu12-08-2016.....