

L.dz.MZOZ/DZP/0627/16

Żory, dnia 14 marzec 2016

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## WYJAŚNIENIE 2

**Dotyczy: zapytania ofertowego nr 07/ZO/DZP/2016 o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę rękawów, papierów i testów**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

### **Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 2a-2g) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia normy EN 868-2, EN 868-4 na linii zgrzewu fabrycznego rękawów sterylizacyjnych, gdyż obecnie obowiązujące normy dla rękawów to EN 868-3 i 5 oraz EN ISO 11607-1? Norma EN 868-2 dotyczy papieru krepowego, a EN 868-4 dotyczy torebek papierowych.

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu oznaczenia normy EN 868-2, EN 868-4 na linii zgrzewu fabrycznego rękawów sterylizacyjnych, natomiast wymaga oznaczenia obowiązującej normy dla rękawów EN 868-3 i 5 oraz EN ISO 11607-1. Norma EN 868-2 dotyczy papieru krepowego, a EN 868-4 dotyczy torebek papierowych.

### **Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, które posiadają piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku na etykiecie wewnątrz rolki? Oznakowanie bezpośrednio na rękawie nie jest wymagane normatywnie i nie ma uzasadnienia, gdyż raz użyty rękaw, po otwarciu, nie nadaje się do ponownego użycia.

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające nadrukowaną informację w języku polskim: „nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone” w miejsce piktogramu oznaczającego, iż opakowanie jest jednorazowe.”

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe posiadające wskaźniki, które po sterylizacji zmieniają kolor na wyraźnie różniący się od koloru wskaźnika przed sterylizacją a ponieważ zmiana koloru wskaźnika jest kontrastowa, w obrębie zgrzewu fabrycznego widnieje jedynie informacja w języku polskim o zmianie koloru wskaźnika po sterylizacji dla poszczególnych metod sterylizacji?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga jak powyżej.


**Pytanie**

Czy dla możliwości sprawdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607 była potwierdzona przez niezależne laboratorium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga jak powyżej.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Iwona Fenkela

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach  
Spółka z o.o.  
NIP: 651-16-04-392 Regon: 277951496  
KRS: 000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj.śląskie tel.(032) 434-17-81 Fax (032) 434-12-71