



L.dz.MZOZ/DZP/ 1287 /16

Żory, dnia 18 maj 2016

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 13/ZO/DZP/2016 o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 13 poz. 1,2,3

Prosimy o dopuszczenie fartuchów, wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze min. 35 g/m², spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami w pakiecie.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr. *[Podpis]*

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
Spółka z o.o.
NIP: 651-16-04-392 Regon: 277951456
KRS: 000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
wej.śląskie tel.(032) 434-17-81 Fax (032) 434-12-71