




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16.167.600,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ *M28* /17

Żory, dnia 25 maj 2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (17)

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego j.u.
PN Nr 08/DZP/2017 poniżej 209.000 euro

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

pakiet 1

Czy zamawiający w poz. 2 dopuści pojemnik na odpady okrągły, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 6 dopuści pojemnik na odpady bez dodatkowego otworu w górnej pokrywie o poj. 20 l?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pakiet 31

czy zamawiający w poz. 1 dopuści wycenę za opakowanie 75 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

czy zamawiający w poz. 2 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

czy zamawiający w poz. 3 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

czy zamawiający w poz. 4 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 4 dopuści stażę automatyczną nadającą się do dezynfekcji, szerokość paska 2,5 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 8 dopuści osłonki na głowicę usg lekko pudrowane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

czy zamawiający w poz. 8 dopuści wycenę za opakowanie 144 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 9 dopuści ustnik pakowany w opak. 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga pakowania pojedynczo.

Pakiet 37

Czy zamawiający dopuści w poz. 1 ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, na opakowaniu pojedynczym informacja o rozmiarze ostrza oraz odcisk formy ostrza, na ostrzu wygrawerowany rozmiar ostrza, rozmiary 11-24?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 1 odstąpi od wymogu nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu? Nie jest to parametr użytkowy, mający wpływ na jakość wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Czy zamawiający dopuści w poz. 2 ostrza chirurgiczne z trzonkiem wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, na opakowaniu pojedynczym informacja o rozmiarze ostrza, na ostrzu wygrawerowany rozmiar ostrza, rozmiary 11-24?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Czy zamawiający w poz. 2 odstąpi od wymogu nazwy producenta wygrawerowanej na ostrzu? Nie

jest to parametr użytkowy, mający wpływ na jakość wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 38

poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na podanie wyceny za opakowanie 100 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Poz. 2 Czy zamawiający wymaga wzierników pakowanych w opakowania papier-folia- zapewniające większą szczelność a przez to pewność sterylności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniuk

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
Spółka z o.o.

NIP: 651-16-04-392 Regon: 277951496

KRS: 0000087474

44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
wej. śląskie tel.(032) 434-17-81 Fax (032) 434-12-71

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu *29-05-2017*

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

mgr Iwona Benkato