




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41781 fax (32) 43 41 271  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 16.167.600,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ *M43* /17

Żory, dnia 29 maj 2017

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (22)

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego j.u.

**PN Nr 08/DZP/2017** poniżej 209.000 euro

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

### **Dotyczy pakietu nr 12 poz. 1-12**

Czy Zamawiający wymaga igieł jednego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga igieł od jednego producenta w zakresie pozycji 1-7, pozostałe dopuszcza, ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Dotyczy pakietu nr 12 poz. 6-7**

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Dotyczy pakietu nr 12 poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy Is czyli przeznaczonych do pobierania leków a nie do iniekcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający w dotychczasowym opisie wskazał, że wymaga igły do pobierania leków.

### **Dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga strzykawek z pojedynczym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku ftalanów na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

### **Dotyczy pakietu nr 26 poz. 7-10**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

### **Dotyczy pakietu nr 29 poz. 4, 7, 9, 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji do oddzielnego pakietu. Pozwoli to nam jak i wielu innym wykonawcom na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Dotyczy pakietu nr 31 poz. 9**

Proszę o podanie nazwy spirometru do którego mają być przeznaczone ustniki.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada spirometr JAGER z roku 2000

**Dotyczy pakietu nr 31 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na wymiociny ze skalą co 100ml do 1500ml z ergonomicznym plastikowym ustnikiem dopasowanym do kształtu twarzy posiadającym wcięcie umożliwiające zabezpieczenie przed wylaniem się zawartości oraz odcinające przykry zapach?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Z poważaniem:

PRZESZKAZAŁ  
*mgr Katarzyna Siemieniuk*  
mgr Katarzyna Siemieniuk

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach  
Spółka z o.o.  
NIP: 651-16-04-392 Regon: 277961496  
KRS: 000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie tel.(032) 434-17-81 Fax (032) 434-12-71

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu ..... 30-05-2017 .....