



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16.167.600,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ *M35* /17

Żory, dnia 29 maj 2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (9)

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego j.u.
PN Nr 08/DZP/2017 poniżej 209.000 euro

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania nadesłane przez uczestników postępowania przetargowego:

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający oczekuje, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły w całym pakiecie pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby w celu łatwiejszej identyfikacji igły w całym pakiecie pochodziły od jednego producenta

Pakiet nr 12, poz. 1-7

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga aby zaoferowane igły posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko- czy długo ścięte.

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 1,1 i 1,2 krótko oraz długo ściętych, zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

3. Czy Zamawiający oczekuje, by na opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk znajdowało się oznaczenie kolorystyczne rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

4. Czy Zamawiający oczekuje, by napisy na pojedynczych opakowaniach były w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z obowiązującymi kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej ich identyfikacji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 12, poz. 12

1. Czy Zamawiający, w celu zagwarantowania odpowiedniej jakości produktu, już na etapie składania oferty, będzie wymagał złożenia deklaracji zgodności potwierdzającej, że wyrób jest wyrobem medycznym klasy Is (zgodnie z ustawą PZP)?

Odpowiedź: Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga dokumentów jakie wskazał w SIWZ.

Pakiet nr 16, poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu, umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet nr 16, poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania potrójny bezigłowy zawór z białą silikonową membraną o długości całkowitej 10 cm, z średnicą drenów 1,1mmx2,35mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Siemieriec
mgr Katarzyna Siemieriec

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach
Spółka z o.o.
NIP: 651-16-04-392 Regon: 277951496
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 2B
wej.śląskie tel.(032) 434-17-81 Fax (032) 434-12-71

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu *29-05-20A*

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczeń Umów

Iwona Penkala
mgr Iwona Penkala