



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 393 500,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/2117 /17

Żory, dnia 30 października 2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (9)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 13/DZP/2017 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie

Pakiet 12 poz.1-2

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania fartuchów chirurgicznych bez ręczniczków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 12 poz.1-2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z ręcznikami pakowanymi osobno.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 12 poz.1-2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów, które posiadają metkę z rozmiarem bezpośrednio na fartuchu, co eliminuje ryzyko podrażnień w przypadku alergii na składniki farby.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga fartuchów, które posiadają metkę z rozmiarem bezpośrednio na fartuchu, co eliminuje ryzyko podrażnień w przypadku alergii na składniki farby.

Pakiet 19

Prosimy o dopuszczenie maski respiratorowej spełniającej wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm) > 99,9 %, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 %, penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

✍

Pakiet 23 poz.1

Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego, niebieskiego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², nie prześwitującego. Barrierowość na penetrację płynów min. 49 mmH₂O, odporność na wypychanie >140 kPa. Komplet składający się z bluzy i spodni, posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem wyposażona w 3 kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki w pasie z kieszenią z tyłu. Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno (po 25 sztuk w worku foliowym)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 23 poz.2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych


Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

UWAGA!


Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 30-10-2017.....

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

mgr Iwona Pankala