




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 393 500,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/2369 /17

Żory, dnia 27 listopada 2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 29/DZP/2017 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pakiet 16 ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA

Prosimy o podanie normy według której powinien być potwierdzony parametr niepalności. Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe. Prosimy o zastąpienie zapisu o niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (Narodowy Związek Ochrony Przeciwożarowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0 do 4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu o niepalności zapisem możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 28-11-2017

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

mgr Iwona Penkala