




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 393 500,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/2386 /17

Żory, dnia 28 listopada 2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (4)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 29/DZP/2017 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

1/ Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycje: 1,2,3): przedłożenie kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

2/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

3/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycje: 1,2,3): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażonych w bariereki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariereki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system

mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

4/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

5/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg, posiadające w przedniej części specjalne miejsce na pępowinę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

6/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1; pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

7/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

8/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycje: 4, 5, 6): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, ImiD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

9/ Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dodatkowo podaje dopuszczalny zakres jak poniżej:

poz. 1 rozmiar S obwód 55-80cm

poz. 1 rozmiar M obwód 75-110cm

poz. 2 rozmiar L obwód 100-150cm

poz. 3 rozmiar XL obwód 130-170cm

10/ Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 3): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź powyższa ze wskazaniem obwodów wymaganych przez Zamawiającego.

11/ Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź:

12/ Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 1; rozmiar M): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź powyższa ze wskazaniem obwodów wymaganych przez Zamawiającego.

13/ Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja: 1; rozmiar S): pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 56-85cm?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź powyższa ze wskazaniem obwodów wymaganych przez Zamawiającego.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Giermieniec
mgr Katarzyna Giermieniec

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 29-11-17

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

Monika Penkala
mgr Iwona Penkala