



L.dz.MZOZ/DZP/2292 /17

Żory, dnia 29 listopada 2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (5)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 29/DZP/2017 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 2,3 serwety wykonanej z laminatu trójwarstwowego (folia PE + 2 x włóknina PP), spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 8: Sterylna serweta z otworem przylepnym o gramaturze min. 54 g/m²; rozmiar 120x150cm, otwór w części centralnej o wymiarach 5x7cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu 6 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 11: wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze min.50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65 cm x 85 cm,. Osłona w postaci worka , składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 13


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 13 serwety o wymiarach 50x60cm z elastycznym otworem przylepnym 6x8cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 13 serwety złożonej z dwóch części o wymiarach 50x75cm z regulowanym otworem przylepnym, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 14


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 14 serwety o wymiarach 75x90cm z elastycznym otworem przylepnym 6x8cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 14 serwety złożonej z dwóch części o wymiarach 75x100 cm z regulowanym otworem przylepnym, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 15: sterylna osłona na kończyne o wymiarach 22x75 cm wykonana z kratonu z wewnętrzną warstwą z gazy dzianej, bez taśmy przylepnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 15: sterylna osłona na kończyne o wymiarach 22x75 cm wykonana z kratonu z wewnętrzną warstwą z gazy dzianej i taśmy przylepnej 9x50 dostarczanej oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 16: serweta sterylna 2-warstwowa o wymiarach 100 x 150 cm, warstwa laminatu zapobiegająca przemakaniu, warstwa włókniny pochłaniająca wysięk o gram. 60g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 sterylnej, samoprzylepnej torby stożkowej na płyny z filtrem i portem, rozm. 62x50cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 2 sterylnej kieszeni samoprzylepnej jednokomorowej z przylepcem i sztywnikiem w postaci 0,5-centymetrowej zakładki usztywniającej z folii PE, która stanowi usztywnienie i pozwala na kształtowanie otworu, rozm. 30x40cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 3 osłony na przewody z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi; rozm. 17x240cm, jałowa

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 5 folii o wymiarach 35x40cm lub 45x50cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 10 serwet gazowych z elementem RTG i tasiemką, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 14 zestawu do szycia o niżej opisanym składzie, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

1. Serweta dwuwarstwowa 45x75cm – 1 szt
2. Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm – 1 szt
3. Taca medyczna o wymiarach 27 x 13,5 x 2,5cm – 1 szt
4. Pęseta anatomiczna Adson 12 cm – 1 szt
5. Iglotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt
6. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt
7. Kompresy włókninowe 7,5 x 7,5cm – 5 szt
8. Zabezpieczenie ostrza – 2 szt

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zakresie pakietu nr 15 na pozycje? Pozytywna odpowiedź pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 17, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 15 poz. 1 niżej opisanego zestawu?


Zestaw uniwersalny bez wzmocnień
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m ² : z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 150x240 cm
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m ² : z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 180x180cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m ² : z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75x90cm
2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9x50cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 78 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze min,42 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze min.30 g/m ² i wymiarach 65 cm x 85cm. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.50 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm
Opakowanie typu folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łata chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łata chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 25x60 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łata chłonną 25x60 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m².


Materiał serwet głównych posiada min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 75 g/m² w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)



Materiał serwet głównych 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33µ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie nr 21 – dotyczy Pakietu nr 15 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z przyklepionym otworem 9 x 15cm

Materiał serwet głównych 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33 μ) o min. gramaturze 60 g/m² w części podstawowej.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Siemieniec
mgr Katarzyna Siemieniec

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 29-11-17

p.o. Kierownik
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów
mgr Iwona Penkala