




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 393 500,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ /17

Żory, dnia 29 listopada 2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (8)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 29/DZP/2017 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pakiet 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania standardowe. Metka z rozmiarem bezpośrednio na fartuchu. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pakiet 12 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. Rękaw zakończony elastycznym mankietem poliestrowym o długości min. 7,5 cm, tylne części fartucha zachodzą na siebie. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze oznaczającym wymagania wysokie. Metka z rozmiarem bezpośrednio na fartuchu. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min. 140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności. Rozmiary S-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pakiet 13

Prosimy o dopuszczenie czepka o części górnej przewiewnej wykonanej z materiału SMS, reszta parametrów zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pakiet 19

Prosimy o dopuszczenie maski filtrującej białej, jednorazowego użytku, mocowanej na poprzeczne gumki, oznakowana zgodnie z normą EN 149 jako typ FFP3 oraz zgodnie z normą EN 14683 jako typ IIR. Skuteczność filtracji bakteryjnej $\geq 99,9\%$, ciśnienie różnicowe $< 42,5$ Pa/cm², opór oddechowy przy wdechu $< 0,87$ mbar i wydechu $< 1,40$ mbar, penetracja aerozoli testowych $< 0,89\%$. Produkowana zgodnie z ISO 13485 i ISO 9001.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 19

Prosimy o dopuszczenie maski respiratorowej spełniającej wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm) > 99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65%, penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

Pakiet 23 poz.1

Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego, niebieskiego z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², nie prześwitującego. Barrierowość na penetrację płynów min. 49 mmH₂O, odporność na wypychanie >140 kPa. Komplet składający się z bluzy i spodni, posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem wyposażona w 3 kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki w pasie z kieszenią z tyłu. Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno (po 25 sztuk w worku foliowym)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pakiet 23 poz.2

Prosimy o dopuszczenie kompletu chirurgicznego zaoferowanego w pozycji pierwszej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pakiet 23 poz.2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Steniewicz
mgr Katarzyna Steniewicz

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.

NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456

KRS: 0000087474

44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 29-11-17

p.o. Kierownik

Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczeń i Umów

mgr Iwona Penkala