




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781 fax (32) 43 41 271
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 16 393 500,00 zł.



L.dz.MZOZ/DZP/2131 /17

Żory, dnia 23 października 2017

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE 5

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 22/ZO/DZP/2017 o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę rękawów, papierów i testów

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 2a-2g) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia normy EN 868-2, EN 868-4 na linii zgrzewu fabrycznego rękawów sterylizacyjnych, gdyż obecnie obowiązujące normy dla rękawów to EN 868-3 i 5 oraz EN ISO 11607-1? Norma EN 868-2 dotyczy papieru krepowego, a EN 868-4 dotyczy torebek papierowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

Pytanie:

Czy dla możliwości sprawdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby zgodność z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607 była potwierdzona przez niezależne laboratorium ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Stankiewicz
mgr Katarzyna Stankiewicz

Referent

Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

Wójcik
mgr Aleksandra Wójcik