




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 17 133 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1421 /18

Żory, dnia 20.08.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (16)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 14/DZP/2018 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Pak 29 poz. 2 Czy zamawiający dopuści złożenie oferty również na: Przyrząd do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; bursztynowy mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki;

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 2

Pak 29 poz. 8 Czy zamawiający dopuści złożenie oferty również na: Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,45µm; spłaszczony kształt przyrządu z uchwytem do wygodnego i bezpiecznego zamocowania w butelce; gruby kolec gwarantujący szczelne połączenie butelkami firmy Fresenius; opakowanie folia/papier

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 3

Pak 29 poz. 10 - Czy zamawiający opisując "system auto-stop" miał na myśli system który posiada filtr infuzyjny wbudowany komorę kroplową opisując dalej "filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki"

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 4

Pak 29 poz. 11 - Czy zamawiający dopuści złożenie oferty również na:

Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 µm filtr płynu; przezroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej z zamontowanym na tym elemencie odpowietrznikiem/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zabezpieczonym koszulką kontaminacyjną, dolna część komory kroplowej elastyczna; stały przepływ kroplowy który zabezpiecza regulator szczelinowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml z funkcją „max”; zacisk

przesuwany-odcinający dla krótkich przerw w infuzji umiejscowiony pomiędzy regulatorem a komorą kroplową; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką zintegrowana z uchwytem o dł. min. 80mm; końcówka luer-lock; długość drenu 150cm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 5

Pak 41 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści złożenie oferty również na: Zamknięty system dostępu naczyniowego, Transparentna obudowa z niebieskim elementem wewnętrznym do oznakowania linii infuzyjnej. Prosta droga przepływu przez membrane. Niebieska jednorodna membrana nie wystająca poza obudowę.

Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka bez drenu. Przepływy 1 PSI: 360 ml/min., 3 PSI: 600 ml/min., 5 PSI: 750 ml/min. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Możliwość wielokrotnej dezynfekcji. Potwierdzona badaniami możliwość 7 dniowego użytkowania jednej zastawki, do 200ostępów.

Badanie kliniczne potwierdzające możliwość użytkowania do 7 dni

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
mgr Katarzyna Śliemieniec

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951434
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 21
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 22-08-2018

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala