




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 17 133 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/*MZS* /18

Żory, dnia 20.08.2018

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## **WYJAŚNIENIE SIWZ (21)**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 14/DZP/2018 na dostawę sprzętu medycznego j. u.**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

#### **Pakiet 11**

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie 3 letniego terminu przydatności do użycia bez użycia dodatkowych substancji konserwujących.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu dopuszczonego do obrotu.

### **Pytanie 2**

#### **Pakiet 16, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego składającego się z trzech zaworów bezigłowych, długość systemu 11,5 cm, średnica drenu 1 mm, objętość wypełnienia 0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylne, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet 16, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowej nasadki do pobierania leków z fiolek o żywotności do min. 100 użyć, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet 17, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie oczekiwał przewodnic jednorazowych o długości całkowitej 384 mm, a nie 384 cm?

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający mylnie wpisał jednostkę, prawidłowo powinno być przewodnice jednorazowe o długości całkowitej 384 mm.

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet 17, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej silikonowanej, spełniającej pozostałe parametry SIWZ.

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

#### **Pytanie 6**

##### **Pakiet 23, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na mocz przeznaczonego na 2-3 tygodnie, posiadającego bezigłowy port do pobierania próbek oraz jeden filtr hydrofobowy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

#### **Pytanie 7**

##### **Pakiet 23, poz. 4**

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową 500 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu powinien posiadać łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki?

##### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

#### **Pytanie 8**

##### **Pakiet 23, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy zakończonego sztywną atraumatyczną kanką z jednym otworem centralnym, pozwalającą na łatwą aplikację, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

##### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 9**

##### **Pakiet 23, poz. 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra wykonanego z elastycznego lateksu, bez paska kontrastującego w RTG, rozmiar CH9-CH24 (80x5x5cm), pakowany podwójnie wewnętrznie w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenu etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnętrznie w opakowanie foliowo-papierowe.

##### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 10**

**Pakiet 27, poz. 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka do zabezpieczania kaniul dwufunkcyjnego wyprodukowanego przez innego producenta niż kaniule, rekomendowanego przez producenta kaniul, umieszczonego w katalogu producenta kaniul (nr katalogowy nadany przez producenta) konfekcjonowanego oraz sprzedawanego przez producenta kaniul, przy zachowaniu gwarancji pełnej kompatybilności wszystkich zaoferowanych w pakiecie produktów.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 11**

**Pakiet 47, poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki mają być skalowane co 1 ml na całej długości skali tj. do 60 ml w celu zapewnienia precyzyjnej dawkowania i podaży leków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje dodatkowego opisu strzykawki mają być skalowane co 1 ml na całej długości skali tj. do 60 ml w celu zapewnienia precyzyjnej dawkowania i podaży leków.

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

**PREZES ZARZĄDU**

*Katarzyna Stępińska*  
mgr Katarzyna Stępińska

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456  
KRS: 0000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu ..... *22-08-2013* .....

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczania Umów

*Iwona Penkala*  
mgr Iwona Penkala