




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 17 133 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ *142p* /18

Żory, dnia 20.08.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (22)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 14/DZP/2018 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

dotyczy pakietu nr 23, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o długości ramion 38cmx16cm bez linii RTG?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga strzykawek pozbawionych ftalanów, ale informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym nie jest wymagana.

Pytanie 4

dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5

dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga jak powyżej.

Pytanie 6

dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7

dotyczy pakietu nr 26, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8

dotyczy pakietu nr 26, poz. 7,8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kropłowa o długości minimum 65mm w części przezroczystej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 10

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania.

Pytanie 12

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kropłową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier.

Pytanie 14

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ oraz pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 16

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub karty katalogowej z informacją z jakiego materiału wykonana jest komora kroplowa? Producenci przyrządów pochodzących z Chin często twierdzą że ich przyrządy posiadają komorę kroplową wolną od PVC ale jednocześnie nie są w stanie stwierdzić z jakiego materiału jest wykonana co rodzi uzasadnione wątpliwości.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 17

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 18

dotyczy pakietu nr 29, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo, co pozwala na pewne wkłucie do każdego rodzaju pojemnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 19

dotyczy pakietu nr 29, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z filtrem 0,45µm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 20

dotyczy pakietu nr 29, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z drenem wykonanym z PVC bez ftalanów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 21

dotyczy pakietu nr 31, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka skalowanego co 100ml z wkładką zatrzymująca zapach i treść?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 22

dotyczy pakietu nr 47, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawkę wymienionych w menu pompy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZADU


mgr Katarzyna Stępińska

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 22-08-2018

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów


mgr Iwona Penkala