

ZAŁĄCZNIK NR 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
– PAKIETY - PN 17-DZP-2018

Nr pakietu	Nazwa	Wspólny Słownik Zamówień CPV
1	Respiratory	50421000-2
2	Respiratory Dutchmed i Bird	50421000-2
3	Aparaty do znieczulania	50421000-2
4	Analizator elektrolitów AVL	50421000-2
5	Stacja uzdatniania wody	50421000-2
6	Zgrzewarki	50421000-2
7	Sprzęt RTG	50421200-4
8	Sprzęt rehabilitacyjny	50421000-2
9	Aparaty EKG, HOLTER i System do badań wysiłkowych	50421000-2
10	Aparaty USG i Spirometr	50421000-2
11	Autoklawy Sterylizatory	50421000-2
12	Destylatory	50421000-2
13	Defibrylatory	50421000-2
14	Wózki i stoły reanimacyjne	50421000-2
15	Kardiomonitor, Kardiostymulator i Kardiografy	50421000-2
16	System monitorowania kardiologicznego	50421000-2
17	Pompy infuzyjne	50421000-2
18	Ssaki	50421000-2
19	Lampy bezcieniowe	50421000-2
20	Pulsoksymetry nebulizatory	50421000-2
21	Mikroskopy, wirówki, cieplarki i sumatory	50421000-2
22	Inkubatory	50421000-2
23	Pozostały sprzęt laboratoryjny	50421000-2

Nr pakietu	Nazwa	Wspólny Słownik Zamówień CPV
24	Pozostały sprzęt Bloku Operacyjnego	50421000-2
25	Pozostały sprzęt Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	50421000-2
26	Pozostały sprzęt Anestezja i Intensywna Terapia	50421000-2
27	Pozostały sprzęt Apteka	50421000-2
28	Pozostały sprzęt	50421000-2
29	Sprzęt do endoskopii	50421000-2
30	Wagi	50421000-2
31	Aparat do CRP	50421000-2
32	Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych	50421000-2
33	Laktator elektryczny	50421000-2
34	Lampa do fototerapii	50421000-2
35	Stanowisko do resuscytacji noworodków	50421000-2
36	Stanowisko do infuzji	50421000-2
37	Urządzenie do nieinwazyjnego wspomaganego oddychania noworodka	50421000-2
38	Video Laryngoskop	50421000-2
39	Zestaw do terapii leczenia ran	50421000-2
40	Negatoskop	50421000-2
41	Płuczka dezynfektor	50421000-2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące wszystkich pakietów:

Zakres wykonywanych prac

1. zakres wykonywanych przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dla poszczególnych urządzeń;
2. usuwanie awarii w okresach pomiędzy przeglądami w ramach stawki podanej w umowie;
3. Wykonawca dokonuje naprawy sprzętu medycznego i konserwacji w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej, narzędzi i materiałów;
4. w przypadku konieczności wykonania usług objętych umową w serwisie, Wykonawca zapewni transport sprzętu we własnym zakresie i na swój koszt w obie strony oraz poniesie wszelkie koszty i odpowiedzialność związane z transportem
5. w przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Nadzoru Technicznego Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia oraz jest obowiązany uczestniczyć podczas rewizji. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. Wykonawca pokrywa koszty związane z uczestnictwem w rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji wskutek niewłaściwego przygotowania do rewizji Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji;
6. Wykonawca dokona wpisu w paszporcie technicznym naprawy, konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem terminu następnego przeglądu, wskazaniem wymienionych części zamiennych, informacją o dopuszczeniu danego urządzenia do użytkowania oraz nakleji naklejki z datą następnego przeglądu w widocznym miejscu na urządzeniu;
7. wydawanie orzeczeń technicznych kwalifikujących urządzenie do wycofania z eksploatacji;
8. zaleca się zaoferowanie produktów (części) oryginalnych tj. produktów zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe.
9. w przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne nie używać” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”
10. termin gwarancji na naprawę mni. 6 miesięcy

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych pakietów

Pakiet nr 1 – Respiratory

- Potwierdzenie odbytego szkolenia i posiadanych uprawnień w zakresie napraw sprzętu wymienionego w pakiecie.

Pakiet nr 2 – Respiratory DUTCHMED i BIRD

- Potwierdzenie odbytego szkolenia i posiadanych uprawnień w zakresie napraw sprzętu wymienionego w pakiecie.

Pakiet nr 3 – Aparaty do znieczulania

- Potwierdzenie odbytego szkolenia i posiadanych uprawnień w zakresie napraw sprzętu wymienionego w pakiecie.

Pakiet nr 5 – Stacja uzdatniania wody

usługa będzie obejmowała następujące części wymienne i urządzenia:

- usługa będzie obejmowała następujące części wymienne i urządzenia:
- zmiękcacz Elegant 225/960
- filtr BB20/5µm, wkład piankowy
- filtr BB20/5µm, wkład piankowy
- filtr MOD, 10" piankowy 5mikro
- urządzenie odwróconej osmozy RO 50l/h, membrana 2,5"x21
- zbiornik Demi 300l + zestaw hydrofobowy

Zakres wymienionej usługi obejmuje zespół czynności niezbędnych do wykonania w celu zapewnienia prawidłowego i optymalnego funkcjonowania stacji uzdatniania w tym:

1. Przegląd skrócony (co 3 miesiące – tylko na pisemne zlecenie Zamawiającego)
 - sprawdzenie szczelności instalacji
 - przegląd elementów składowych i poprawności działania instalacji
 - sprawdzenie i regulacja parametrów pracy i poprawności działania instalacji – ewentualne przeprogramowanie zgodnie z bieżącymi potrzebami
 - czyszczenie zbiornika na czynnik regenerujący i elementów składowych
 - przeliczenie faktycznego zużycia soli do regeneracji
 - wymiana wkładów filtracyjnych
 - przeprowadzenie regeneracji testowej stacji uzdatniania wody
 - wykonanie testów parametrów wody surowej oraz uzdatnionej
 - sprawdzenie połączeń elektrycznych
2. Przegląd pełny (co 6 miesięcy- tylko na pisemne zlecenie Zamawiającego) obejmuje dodatkowo:
 - przegląd węzła RO – kontrola ciśnienia wody dopływowej za pompą, pomiary (przewodność, pH, temperatura), wymiana filtra wstępnego ochronnego, kalibracja przyrządów pomiarowych, chemiczne czyszczenie instalacji, kontrola pracy pompy wysokociśnieniowej
 - przegląd zmiękczacza – demontaż, sprawdzenie, konserwacja, montaż głowic sterujących i elementów składowych zmiękczacza, kontrola ilości złoża /płukanie złoża/ czyszczenie zbiornika – sprawdzenie poprawności działania.

Modernizacja, rozbudowa lub zmiana istniejącej konfiguracji urządzeń może nastąpić po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym warunkach określonych odrębną umową.

Terminy wykonania usług serwisowych będą ustalone odrębnym pismem po podpisaniu umowy przetargowej.

Pakiet nr 11 – Autokławy/Sterylizatory

Co najmniej 1 osoba musi posiadać uprawnienia z zakresu obsługi urządzeń ciśnieniowych.

Przeglądy Techniczne

Przeglądy techniczne będą wykonywane na podstawie wcześniejszego pisemnego zlecenia Zamawiającego zgodnie z zaleceniem producenta i szczegółowymi wymogami Zamawiającego średnio raz do roku.