



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 17 133 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1299 /18

Żory, dnia 07 sierpnia 2018

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIE SIWZ (2)

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego nr 17/DZP/2018 na usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu medycznego

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1** dotyczy SIWZ, pkt. V, ust. III.2

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie części używane podczas przeglądów technicznych i napraw były nowe i oryginalne? Producent aparatu do znieczulania Fabius GS nie przewiduje możliwości stosowania innych części.

Jednocześnie nadmieniamy, że przestrzeganie zasad wynikających z instrukcji serwisowych i zapisów ustawy o wyrobach medycznych nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, ponieważ każdy profesjonalny podmiot na rynku może zakupić nowe i oryginalne części zamienne za pośrednictwem oficjalnej dystrybucji producenta co umożliwi zachowanie standardów profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby wszystkie części używane podczas przeglądów technicznych i napraw były nowe i oryginalne.

**Pytanie 2** dotyczy SIWZ, pkt. V, ust. III.2

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający ofertę obejmującą aparat do znieczulania Fabius GS dysponowali dokumentacją techniczną i aktualnymi instrukcjami serwisowymi?

Jednocześnie nadmieniamy, że przestrzeganie zasad wynikających z instrukcji serwisowych i zapisów ustawy o wyrobach medycznych nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, ponieważ każdy profesjonalny podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie wsparcia technicznego producenta co umożliwi zachowanie standardów profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający ofertę obejmującą aparat do znieczulania Fabius GS dysponowali dokumentacją techniczną i aktualnymi instrukcjami serwisowymi.

**Pytanie 3** dotyczy SIWZ, pkt. V, ust. III.2, ppkt. 3.2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie napraw aparatów do znieczulania, która została przeszkolona przez producenta lub podmiot upoważniony? Według naszej wiedzy nie istnieje inny sposób zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie czynności serwisowych i jednoznaczne potwierdzenie wymogu jest istotne dla zapewnienia porównywalności złożonych ofert oraz zachowania zgodności z dokumentacją techniczną przygotowaną przez producenta.

Jednocześnie nadmieniamy, że przestrzeganie zasad wynikających z instrukcji serwisowych i zapisów ustawy o wyrobach medycznych nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, ponieważ każdy profesjonalny podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie od producenta uprawnień niezbędnych do świadczenia usług serwisowych, które potwierdzają standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie napraw aparatów do znieczulenia, która została przeszkolona przez producenta lub podmiot upoważniony.

**Pytanie 4** dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu aparatu do znieczulania Fabius GS produkcji Drager? Zgodna Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty, podobnie jak innym wykonawcom specjalizującym się wyłącznie w urządzeniach produkcji OHMEDA.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 3 tworząc nowy pakiet nr 3A.

**Pytanie 5** dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień, czy aparat do znieczulenia jako zestaw obejmuje monitor, parownik i analizator gazów? Informacja jest niezbędna do przygotowania prawidłowej wyceny oferty.

**Odpowiedź:**

Aparat do znieczulenia jako zestaw obejmuje monitor, parownik i analizator gazów

**Pytanie 6** dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że ostatnie przeglądy techniczne były wykonywane z zachowaniem dokumentacji technicznej producenta w tym interwałów wymiany części i przeglądy techniczne w okresie 36 m-cy obejmują wymianę min. zestawów 1 – rocznego, 2 – letniego i 6 – letniego?

**Odpowiedź:**

Ostatnie przeglądy techniczne były wykonywane z zachowaniem dokumentacji technicznej producenta w tym interwałów wymiany części i przeglądów technicznych w roku 2017.

**Pytanie 7** dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1

Prosimy o udzielenie informacji czy podczas ostatnich przeglądów technicznych aparat do znieczulania miał wykonywaną aktualizację oprogramowania? Informacją w tym zakresie jest niezbędna do oceny stanu technicznego aparatu i przygotowania prawidłowej oferty.

**Odpowiedź:**

Podczas ostatniego przeglądu technicznego w roku 2018 aparat do znieczulania nie miał wykonywanej aktualizacji oprogramowania.

**Pytanie 8** dotyczy SIWZ, Pakiet nr 3, poz. 1

Zgodnie z dokumentacją techniczną producenta przegląd techniczny aparatu do znieczulania Fabius GS powinien się odbywać co 6 miesięcy, czy Zamawiający dokona stosownej modyfikacji? Zgodą Zamawiającego nie ma wpływu na cenę oferty i nie ogranicza konkurencji ponieważ profesjonalni Wykonawcy przygotowują ofertę uwzględniającą takie wymagania w celu zachowanie standardów profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.


**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta przegląd techniczny aparatu do znieczulania Fabius GS powinien się odbywać co 6 miesięcy, w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie szacunkowych przeglądów na okres 36 m-cy dla 1 szt sprzętu z 3 na 6.

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

  
mgr Katarzyna Stankiewicz

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456  
KRS: 0000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie, tel. 32 434 11 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 08.08.2018

Referent  
Dział Zamówień Publicznych  
i Rozliczenia Umów  
  
Inż. Agnieszka Faryna