




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 17 133 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ 1319 /18

Żory, dnia 09 sierpnia 2018

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (6)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 17/DZP/2018 na usługę w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu medycznego

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 15, 16:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd kardiomonitorów, monitorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający jest bezpośrednim użytkownikiem sprzętu i aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem, posiada aktualne raporty serwisowe, które określają szczegółowo zakres dokonywanych przeglądów, konserwacji i napraw więc udzielenie precyzyjnych wyjaśnień pozostaje możliwe do wykonania/opracowania.

Wnioskujemy również o nie udzielanie odpowiedzi w formie „zgodnie z SIWZ” lub „zgodnie z zaleceniami producenta” ponieważ na chwilę obecną zapisy SIWZ pozostają bardzo ogólne i tego rodzaju praktyka narusza w sposób rażący regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. 1 Pzp, natomiast zalecenia oraz instrukcje serwisowe producenta są opracowywane w ujęciu kompleksowym dotyczącym użytkownika określonego urządzenia/ aparatu bez odniesienia do poszczególnych faz/ cykli i sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania u określonego zamawiającego.

Odpowiedź:

Przeгляд kardiomonitorów, monitorów powinien uwzględniać wymianę akumulatorów jeśli zaistnieje taka konieczność.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 1, 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaka jest ilość przepracowanych godzin respiratorów wymienionych w SIWZ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Lp.	Nazwa	Nr seryjny	Czas pracy h
1.	Respirator Bennett/COVIDIEN NPB 840	3510092250	40566
2.	Respirator Bennett/COVIDIEN NPB 840	3121128710	26723
3.	Respirator Bennett/COVIDIEN NPB 840	3510092241	38037
4.	Respirator ENGSTROM CARESTATION	CBCS 01702 – 1	10196
5.	Respirator CARESCAPE R 860	CBRT 00164 – 1	10708
6.	Respirator BEAR 1000	11006669	68774,6
7.	Respirator BEAR 1000	11008661	73171,5

Pytanie nr 3:**Dotyczy pakietu nr 1, 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Zamawiający jest bezpośrednim użytkownikiem sprzętu i aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem, posiada aktualne raporty serwisowe, które określają szczegółowo zakres dokonywanych przeglądów, konserwacji i napraw więc udzielenie precyzyjnych wyjaśnień pozostaje możliwe do wykonania/opracowania.

Wnioskujemy również o nie udzielanie odpowiedzi w formie „zgodnie z SIWZ” lub „zgodnie z zaleceniami producenta” ponieważ na chwilę obecną zapisy SIWZ pozostają bardzo ogólne i tego rodzaju praktyka narusza w sposób rażący regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. 1 Pzp, natomiast zalecenia oraz instrukcje serwisowe producenta są opracowywane w ujęciu kompleksowym dotyczącym użytkownika określonego urządzenia/ aparatu bez odniesienia do poszczególnych faz/ cykli i sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania u określonego zamawiającego.

Odpowiedź:

Przeгляд respiratorów powinien uwzględniać wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych jeśli zaistnieje taka konieczność. W respiratorze BEAR 1000 o nr 11006669 akumulator został wymieniony w 1996 roku.

Pytanie nr 4:

Dotyczy pakietu nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczulenia uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Zamawiający jest bezpośrednim użytkownikiem sprzętu i aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem, posiada aktualne raporty serwisowe, które określają szczegółowo zakres dokonywanych przeglądów, konserwacji i napraw więc udzielenie precyzyjnych wyjaśnień pozostaje możliwe do wykonania/opracowania.

Wnoskujemy również o nie udzielanie odpowiedzi w formie „zgodnie z SIWZ” lub „zgodnie z zaleceniami producenta” ponieważ na chwilę obecną zapisy SIWZ pozostają bardzo ogólne i tego rodzaju praktyka narusza w sposób rażący regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. 1 Pzp, natomiast zalecenia oraz instrukcje serwisowe producenta są opracowywane w ujęciu kompleksowym dotyczącym użytkownika określonego urządzenia/ aparatu bez odniesienia do poszczególnych faz/ cyklów i sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania u określonego zamawiającego.

Odpowiedź:

Przeгляд aparatów do znieczulenia powinien uwzględniać wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych jeśli zaistnieje taka konieczność. W aparacie do znieczulania AESTIVA 5 o nr AMVE 00145 akumulator został wymieniony w 2018 roku.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Aparat do znieczulenia jako zestaw obejmuje monitor, parownik i analizator gazów więc powinien obejmować również przegląd znajdujących się przy nim elementy. Data produkcji aparatu jest umieszczona w pakiecie nr 3 i 3A.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pakietu nr 1, 2, 3, 13, 15, 16, 20, 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń wskazanych w pakiecie nr 1, 2, 12? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje pakiet nr 1, 2, 3, 13, 15, 16, 20, 22. Szczegółowe informacje w załączniku nr 2.

Pytanie nr 7:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odpowiedź:

Wymagania zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie zawarł takiego wymogu.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pakietu nr 13:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający jest bezpośrednim użytkownikiem sprzętu i aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem, posiada aktualne raporty serwisowe, które określają szczegółowo zakres dokonywanych przeglądów, konserwacji i napraw więc udzielenie precyzyjnych wyjaśnień pozostaje możliwe do wykonania/opracowania.

Wnoskujemy również o nie udzielanie odpowiedzi w formie „zgodnie z SIWZ” lub „zgodnie z zaleceniami producenta” ponieważ na chwilę obecną zapisy SIWZ pozostają bardzo ogólne i tego rodzaju praktyka narusza w sposób rażący regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 oraz 38 ust. 1 Pzp, natomiast zalecenia oraz instrukcje serwisowe producenta są opracowywane w ujęciu kompleksowym dotyczącym użytkownika określonego urządzenia/ aparatu bez odniesienia do poszczególnych faz/ cykli i sposobu jego dotychczasowego funkcjonowania u określonego zamawiającego.

Odpowiedź:

Przeгляд defibrylatorów będzie uwzględniał wymianę akumulatorów. W defibrylatorze PHILIPS M5529 został wymieniony akumulator w 2015 roku.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES Zarządu
[Podpis]
mgr Katarzyna Siemieniec

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 10.08.2018.....

Referent

Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

[Podpis]
Inż. Agnieszka Faryna