




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 18 099 000,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ *054* /19

Żory, dnia 25-03-2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 10/DZP/2019 na dostawę odczynników badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

1. Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje powyższego.

Pytanie 2

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążyowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.

Pytanie 3

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający oczekuje aby oferowany w poz. 8 odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kalkulować ilość oferowanych opakowań odczynników zgodnie z terminem trwałości określonym indywidualnie dla każdego odczynnika przez producenta i przechowywaniem ich według rekomendacji producenta, a nie według trwałości odczynnika po otwarciu na pokładzie analizatora? Oferowany analizator nie wymaga, aby odczynnik przebywał cały czas na pokładzie aparatu, co przy parametrach oznaczanych rzadziej ma uzasadnienie ekonomiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga powyższego.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego automatyczne rozcieńczenia próbek, ale nie posiadającego funkcji "zagęszczenia" próbek? Funkcja zagęszczenia stosowania jest w analizatorach biochemicznych, i nie ma zastosowania w analizatorach immunochemicznych z racji b. wysokich czułości metod pomiarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7

Czy pod określeniem "*Praca na niskiej objętości próbek badanych (do 50 ul)*" Zamawiający rozumie ilość próbki aspirowaną przez aparat do pojedynczego oznaczenia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający pod określeniem "*Praca na niskiej objętości próbek badanych (do 50 ul)*" rozumie ilość próbki aspirowaną przez aparat do pojedynczego oznaczenia.

Pytanie 8

W nawiązaniu do p. 14 Załącznika Nr 3 - prosimy o podanie kubatury pomieszczenia, w którym będzie pracował analizator.

Odpowiedź:

Kubatura pomieszczenia - 54m³

Pytanie 9

Dot. Załącznik nr 5 - umowa

Zwracamy się z prośbą o korektę numeracji paragrafów:

Wynagrodzenie Wykonawcy - Par. 5

Okres obowiązywania umowy - Par. 6

Kary umowne - Par. 7

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy numeracji poszczególnych paragrafów umowy.

Pytanie 10

Par. 3 Zobowiązania Stron

Par. 3 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający określa liczbę osób, które mają zostać poddane szkoleniu na 16.

Pytanie 11

Par. 4 Termin i warunki realizacji zamówienia

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 12

Par. 4 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o korektę okresu trwania sukcesywnych dostaw na 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu par. 4 ust. 2 zdanie 1 projektu umowy i nadaje mu brzmienie: „Dostawa asortymentu, odbywać się będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy przez okres 36-miesięcy liczonych od daty podpisania umowy. Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia asortymentu w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Na załączonej fakturze Wykonawca bezwzględnie umieści adnotację z numerem zamówienia lub w przypadku jego braku datę zamówienia.”

Pytanie 13:

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Par. 4 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany wynosił 5 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Par. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Par. 7 Kary umowne

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 17

Par. 7 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter

rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 18

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 19

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 20

Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 21

Par. 8 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 22

Par. 8 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 23

Par. 11 Postanowienia końcowe

Par. 11 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.


Odpowiedź:

Zamawiający zawarze z wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:


mgr Katarzyna Stępińska

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 27.03.2019

Starszy Inspektor
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

mgr Aleksandra Wojcik