




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 18 099 000,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/0819 /19

Żory, dnia 26-03-2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 11/DZP/2019 na dostawę odczynników badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 6 parametrów technicznych, Załącznik nr 3:

Prosimy o potwierdzenie czy przez określenie "bezobsługowe elektrody" Zamawiający wymaga zaferowania elektrod (Na, K, Ref) nie wymagających wymiany membran lub uzupełniania płynów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wymaga zaferowania elektrod (Na, K, Ref) nie wymagających wymiany membran lub uzupełniania płynów.

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 10 parametrów technicznych, Załącznik nr 3:

Czy Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia odczynników, kalibratorów i kontroli w stałej

temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia odczynników, kalibratorów i kontroli w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami i producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 11 parametrów technicznych, Załącznik nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop

Pytanie 4

Dotyczy poz. 22 zestawienia asortymentowego, Załącznik nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania UIBC zamiast TIBC? Wartość parametru TIBC określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej.

Jeśli tak, to czy wyspecyfikowana ilość oznaczeń TIBC należy dodać do poz. żelaza?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 5

W związku z wymogiem pkt. 3 UWAG pod tabelą asortymentową, prosimy o wyjaśnienie czy dla odczynników należy zastosować warunek doliczenia 10% na ozn. kontrolne i powtórzenia plus dodać ilości wynikające z doliczeń na kalibracje? Czy doliczyć jedynie wymagane 10%, z pominięciem matematycznych wyliczeń odczynnika potrzebnego na wykonanie kalibracji i kontroli codziennie na dwóch poziomach ?

Odpowiedź:

Należy dodać ilości wynikające z doliczeń na kalibracje.

Pytanie 6

Czy można przyjąć, że dla oznaczeń wykonywanych w ilości równo lub poniżej 1500 testów w skali 36 miesięcy, kontrola będzie wykonywana przy zleceniu oznaczenia na jednym poziomie? Taki sposób liczenia będzie mniej kosztowny gdyż w przeciwnym razie ilość oznaczeń kontrolnych przewyższy ilość wyspecyfikowanych oznaczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o możliwość rozszerzenia tabelki cenowej o wiersze na kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonywania wskazanych badań.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na rozszerzenie tabelki cenowej o wiersze na kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonywania wskazanych badań. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego rozszerzenia i uzupełnienia.

Pytanie 8

Prosimy o zmianę aby w kolumnie D podać wartość VAT w kwocie wówczas będzie możliwość wyliczenia wartości do kolumny E, zgodnie z podanym wzorem. Ewentualnie prosimy o zmianę wzoru na $C \times D = E$

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Dot. Załącznik nr 5 - umowa

Zwracamy się z prośbą o korektę numeracji paragrafów:

Wynagrodzenie Wykonawcy - Par. 5

Okres obowiązywania umowy - Par. 6

Kary umowne - Par. 7

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy numeracji poszczególnych paragrafów umowy.

Pytanie 10

Par. 3 Zobowiązania Stron

Par. 3 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Ilość osób które mają zostać poddane szkoleniu - 17

Pytanie 11

Par. 4 Termin i warunki realizacji zamówienia

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 12

Par. 4 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o korektę okresu trwania sukcesywnych dostaw na 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu par. 4 ust. 2 zdanie 1 projektu umowy i nadaje mu brzmienie: „Dostawa asortymentu, odbywać się będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy przez okres 36-miesięcy liczonych od daty podpisania umowy. Wykonawca zobligowany jest do zabezpieczenia asortymentu w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Na załączonej fakturze Wykonawca bezwzględnie umieści adnotację z numerem zamówienia lub w przypadku jego braku datę zamówienia.”

Pytanie 13:

Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 14

Par. 4 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin wymiany wynosił 5 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 15

Par. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Par. 7 Kary umowne

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 17

Par. 7 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 18

Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 19

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 20

Par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw

przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 21

Par. 8 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 22

Par. 8 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 23

Par. 11 Postanowienia końcowe

Par. 11 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.


Odpowiedź:

Zamawiający zawarze z wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru.

UWAGA!


Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:


mgr Wacław Stanisławski

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 28.03.19.....

Starszy Inspektor
Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

mgr Aleksandra Wójcik