



L.dz.MZoz/DZP/1256 /19

Żory, dnia 31 lipca 2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (11)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/DZP/2019 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 46 Linii do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika ≥ 200 Hz, kompletnej linii >45. Biureta z trzema otworami w kolcu, zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 120 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne czerwone koreczki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. **Kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kablami.**

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Siemieniuk
mgr Katarzyna Siemieniuk

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 02-08-2019

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala
mgr Iwona Penkala