




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 18 294 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ 1252 /19

Żory, dnia 31 lipca 2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (14)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/DZP/2019 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Pakiet nr 12, poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igły motylki o długości igły 20 mm, zamiast 19 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na igły długości 19-20mm

Pytanie 2

Pakiet nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji kaniulę dotętnniczą w rozmiarze 20 G 1,1 x 45 mm Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 3

Pakiet nr 16, poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nasadki do pobierania leków z fiolek z przezroczystą obudową oraz przezroczystą silikonową membraną. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Pakiet nr 26, poz. 1-4

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający: Luer czy Luer-Lock, dwu czy trzyczęściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje strzykawek luer dwuczęściowych.

Pytanie 5

Pakiet nr 26, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 80 sztuk co zamieścił w uwagach pod pakietem. W takim przypadku należy wycenić 460 opakowań.

φ.

Pytanie 6**Pakiet nr 26, poz. 8**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki 100 ml cewnikowej z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje strzykawki zgodnie z opisem – luer.

Pytanie 7**Pakiet nr 27, poz. 1-2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na kaniulę wykonaną z FEP pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie 8**Pakiet nr 27, poz. 3-7**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną ,4 paskami radiocieniującymi, w sztywnym opakowaniu gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem w rozmiarach:

Kolor	Rozmiar (GAUGE) kaniuli	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Szary	16 G	1,70 x 45	200
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 38	100 105
Różowy	20 G	1,00 x 32	64
Niebieski	22 G	0,80 x 25	38

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9**Pakiet nr 27, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika bez barwnego oznaczenia linii.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 10**Pakiet nr 27, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika, którego pokrętko jest w kolorze niebieskim i czerwonym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 11**Pakiet nr 27, poz. 8 i 9**

Czy Zamawiający oczekuje aby zaferowany kranik był kompatybilny z lipidami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12**Pakiet nr 27, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści koreczek z trzpieniem poniżej jego krawędzi? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie 13

Pakiet nr 27, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 100 sztuk co zamieścił w uwagach pod pakietem. W takim przypadku należy wycenić 52 opakowania.

Pytanie 14

Pakiet nr 27, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koreczek Combi z trzpieniem poniżej jego krawędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 15

Pakiet nr 27, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści koreczki Combi pakowane po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź:

Wykonawco patrz opis – Zamawiający wpisał wielkość opakowania 100 sztuk.

Pytanie 16

Pakiet nr 27, poz. 12-15

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 17

Pakiet nr 29, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy z igłą biorczą dwukanałową ściętą standardowo z nazwą producent na przyrządzie, z zaciskaczem rolkowym z dodatkowym miejscem na dren oraz zabezpieczeniem igły po użyciu, dren długości 150 cm, komora kroplowa o długości 62 mm; przyrząd wolny od ftalanów, zapakowany razem z workiem do ochrony leków światłoczułych w kolorze żółtym o wymiarach 210 mm x 300 mm? Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Pakiet nr 29, poz.2,3,6,7 i 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 19

Pakiet nr 29, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 1,2 µm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pakiet nr 29, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2 µm oraz z filtrem cząsteczkowym 0,5 µm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet nr 29, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny przyrząd do infuzji z drenem o długości 180 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 22

Pakiet nr 29, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości 60 mm z regulatorem przepływu bez miejsca na dren i igłę biorczą? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES Zarządu
mgr Katarzyna Siemieniec
mgr Katarzyna Siemieniec

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 02-08-2019

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Pańkula
mgr Iwona Pańkula