




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 18 294 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/<sup>1287</sup> /19

Żory, dnia 05 sierpnia 2019

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIE SIWZ (18)

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/DZP/2019 na dostawę sprzętu medycznego j. u.**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Pakiet 2:

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem Zamawiający oczekuje okularków dedykowanych dla 1 pacjenta, wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, potwierdzone niezależnymi badaniami, przy czym materiał i wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wszystkie wymagania i oczekiwania wskazał w opisie i dodatkowych dopuszczeniach.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający oczekuje okularków w rozmiarach:

Noworodki 30 – 38 cm, Wcześnieki 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm? Do wyboru przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wskazał w opisie że wymaga pełny rozmiar dla noworodków i wcześniaków.

#### **Pytanie 3**

Pakiet 9:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji nr 4, co pozwoli nam jako autoryzowanemu dystrybutorowi oryginalnych czujników MASIMO na złożenie oferty na pozostałe pozycje – 1-3. Obecnie nie jesteśmy w stanie zaproponować Państwu poz. Nr 4.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i wydziela z pakietu nr 9 pozycję nr 4 i tworzy dodatkowy pakiet nr 9A.

#### **Pytanie 4**

Czy w związku z tym, że producent czujników firma Masimo wycofał czujnik z połączeniem LNOP, Zamawiający oczekuje w pozycji 1 czujnika, który zastąpił czujnik LNOP, tzn. z płaską końcówką typu RD, kompatybilnego do inkubatora Atom?

#### **Odpowiedź:**

Tak, w związku z powyższą informacją Zamawiający oczekuje jak wskazał Wykonawca.

**Pytanie 5**

**Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ:**

**Dotyczy §2 ust 2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od warunku realizacji zamówień w trybie „PILNYM”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie 6**

**Dotyczy §5 ust 1 pkt a**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że w przypadku niezrealizowania części zamówienia o wartości niższej niż 50% całego zamówienia wysokość kar umownych nie przekroczy dwukrotności wartości niezrealizowanej części zamówienia”

Kara o konkretnej wartości pieniężnej może być równa bądź przewyższać wartość zamówienia częściowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie 7**

**Dotyczy §5 ust 1 pkt b**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy zamiennej na 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do ustalonego terminu dostawy zamiennej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie 8**

**Dotyczy §5 ust 5**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. paragrafu na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**Pytanie 9**

**Dotyczy §6**

Zwracam się z prośbą o zmianę w/w punktu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Katarzyna Stomieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 06-08-2019