



L.dz.MZOZ/DZP/1255 /19

Żory, dnia 31 lipca 2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (19)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 18/DZP/2019 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Pakiet 11:

- 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie żelu w aplikatorze harmonijkowym o objętości 8,5g.
- 2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny?

Odpowiedź:

- 1/ Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.
- 2/ Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pakiet 13:

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w szacunkowej ilości podanej w formularzu cenowym?

Poz. 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w szacunkowej ilości podanej w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 13 pozycja 8 dokonuje zmiany ilości. Błędnie wpisano ilość 0 sztuk, natomiast prawidłowo powinno być 50 sztuk.

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 13 pozycja 11 dokonuje zmiany ilości. Błędnie wpisano ilość 0 sztuk, natomiast prawidłowo powinno być 10 sztuk.

Pakiet 16:

Poz. 1

1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętnicznej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem, z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednio: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga by kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii.

Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnej bezigłowej nasadki z zaworem bezigłowym, z nieprzeźroczystą obudową i przeźroczystą membraną z możliwością przechowywania fiołki z systemem do 28 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego przyrządu kompatybilnego z fiołką 13 i 20 mm, z filtrem wbudowanym na całej długości części chwytnej przyrządu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pakiet 25:

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękojeści laryngoskopu światłowodowego (standardowa), zasilana bateryjnie (2xAA), zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene) pozbawionym latexu i odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, z kartridżem, możliwość sterylizacji, gwarancja 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu, światłowodowej, jednorazowego użytku, typ Miller. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Miller: 0 / 1 / 2 / 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 02-08-2019

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

PRZEDSIĘBIORCA
Janina Katarzyna Siemieniuk
mgr Katarzyna Siemieniuk