




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 18 294 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1797 /19

Żory, dnia 16 października 2019

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## **WYJAŚNIENIE SIWZ (10)**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 21/DZP/2019 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

#### **Pakiet nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha sterylne wykonanego z włókniny SMMS, z mankietem o długości min. 6 cm i oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 2**

#### **Pakiet nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha sterylne wykonanego z włókniny SMMS, z oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha sterylne wykonanego z włókniny SMMS, z mankietem o długości min. 6 cm i oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha sterylne wykonanego z włókniny SMMS, z oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 5**

#### **Pakiet nr 15 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego bez wzmocnień o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m<sup>2</sup>

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 74 g/m<sup>2</sup>, zielona, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z uwzględnieniem, że obłożenie dotyczy zestawu a nie pacjenta jak wskazał Wykonawca w pytaniu.

### **Pytanie 6**

#### **Pakiet nr 15 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocniony o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m<sup>2</sup>

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 74 g/m<sup>2</sup>, zielona, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 100 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z uwzględnieniem, że obłożenie dotyczy zestawu a nie pacjenta jak wskazał Wykonawca w pytaniu.

### **Pytanie 7**

#### **Pakiet nr 15 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laryngologii o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki 30 x 40 cm

1 pasek samoprzylepny 9 cm x 50 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z samoprzylepnym otworem okrągłym o średnicy 12 cm umieszczonym centralnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 8**

#### **Pakiet nr 15 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji brzuszno-kroczywych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z uwzględnieniem, że obłożenie dotyczy zestawu a nie pacjenta jak wskazał Wykonawca w pytaniu.

**Pytanie 9**

**Pakiet nr 15 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 serweta samoprzylepna z folii PE 50 x 50 cm

2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm

1 serweta ginekologiczna 175/260 x 210 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10 x 15 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>). Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 10**

**Pakiet nr 15 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ginekologicznych o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm

1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 57 g/m<sup>2</sup>. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z uwzględnieniem, że obłożenie dotyczy zestawu a nie pacjenta jak wskazał Wykonawca w pytaniu.

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

  
mgr Małgorzata Białas

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 16-10-2019

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456  
KRS: 0000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81