




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 18 294 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1819 /19

Żory, dnia 16 października 2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (11)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 21/DZP/2019 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w zestawie do wkluc w poz. b) nerkę plastikową oraz w poz. d) serwetę polipropylenowo- polietylenową o rozmiarze 60x50 cm?

Pozostałe składowe zestawu bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia rozmiaru serwety 50-60*60-75cm.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o otworze 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia otworu 5-8cm.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o otworze 8x6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 6, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 150x90 cm z otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia rozmiaru 120-150*90cm.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 6, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x45 cm z otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia otworu 5-8cm.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 6, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 60x50 cm z otworem 8x6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 6, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80x145cm i warstwie chłonnej 76x85cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia rozmiaru 60-80*140-145cm.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 6, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 43 g/m² o wymiarze 75x45 cm z regulowanym otworem 7,5x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia gramatury 40-43g/m².

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 6, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia otworu 7-8cm.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 6, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 43 g/m² o wymiarze taśmy samoprzylepnej 9x50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 6, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 43 g/m² o wymiarach 130x90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 210x160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia rozmiaru 200-210*150-160cm.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 43 g/m² o wymiarze 60x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia rozmiaru 60-70*80-90cm.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 43 g/m² o wymiarze 45x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia gramatury 40-43g/m².

Pytanie 15

Dot. Pakietu nr 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z laminatu folio-włókninowo polipropylenowego o gramaturze 27 g/m² w rozmiarze 220 x 90 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dokonując rozszerzenia gramatury 25-27g/m² i rozmiaru 75-90*210-220cm .

Pytanie 16**Dot. Pakietu nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

Rodzaj składnika	Rozmiar składnika	Ilość skl.
serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m ²	45x75cm	1
serweta z laminatu o gramaturze 42 g/m ² z otworem i przylepcem wokół otworu	50x60cm;Ø8cm	1
tupfer kula 17N	20x20cm	3
Kompresy włókninowe 30 g/m ²	7,5x7,5cm	5
pęseta plastikowa	13 cm	1
pęseta metalowa chirurgiczna	12 cm	1
imadło metalowe	13 cm	1
nożyczki metalowe ostro-ostre	11 cm	1

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności.

Pytanie 17**Dot. Pakietu nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw obłóżek uniwersalnych :

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150x190 cm
- 1 serweta 145x80 cm na stół Mayo
- 2 serwety operacyjne z przylepcem 75x90 cm
- 1 serweta operacyjna z przylepcem 180x200 cm
- 1 serweta operacyjna z przylepcem 180x180 cm
- 1 taśma medyczna 9x50 cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 43 g/m², odporność na przenikanie cieczy 182 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, zgodne z normą PN EN 13795 dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. I klasa palności wg 16CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa , etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18**Dot. Pakietu nr 15, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestaw uniwersalny wzmocniony

Minimalny skład zestawu:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm,
- 2 ręczniki min. 20cmx40cm,
- 1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm,
- 1 taśma samoprzylepna min. 9 cm x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne min. 75cmx90cm (37,5x70 dodatkowa łąta chłonna),
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 170cmx 200cm, (37,5x70 dodatkowa łąta chłonna)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna min. 150cmx240cm. (37,5x70 dodatkowa łąta chłonna)

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 62 g/m² plus dodatkowe wzmocnienie o gram 63 g/m² wykonane z włókniny polipropylenowej teksturowanej. odporność na przenikanie cieczy 457 cm H₂O, zgodne z

normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności

Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami lub czterema typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Dot. Pakietu nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laryngologii o składzie:

1 serweta 240x180 cm z otworem o średnicy 10 cm i przylepcem wokół otworu

1 serweta 180x150 cm (owinięcie zestawu)

1 serwetka 40x20 cm z włókniny kompresowej o gram 40g/m²

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 43 g/m², odporność na przenikanie cieczy 182 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych.

Laminat wolny od lateksu, zgodne z normą PN EN 13795 dla powierzchni krytycznych wymagania standardowe. I klasa palności wg 16CFR 1610. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma lub czterema naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Dot. Pakietu nr 15, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno – kroczych o składzie:

1 Serweta 265x180 cm z otworem w kształcie trapezu 28X20x19, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapką przesłaniającą

1 serweta 75x90 cm pod pośladki

1 tasma medyczna 50x9 cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm,

2 ręczniki min. 20cmx40cm,

1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa/folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze min. 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 250 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności. Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z min. dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 21

Dot. Pakietu nr 15, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw operacji ginekologicznych o składzie?

1 serweta 245x180 cm z otworem 15x10 cm i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej

1 serweta 75x90 cm pod pośladki

2 tasma medyczna 50x9 cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki min. 150cmx190cm,

4 ręczniki min. 20cmx40cm,

1 serweta na stolik Mayo min. 80cmx145cm

Obłożenie wykonane z laminatu trójwarstwowego (wiskoza, polietylen, polipropylen) o gramaturze min. 73 g/m², odporność na przenikanie cieczy 191 cm H₂O, zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności

Opakowanie torebka papierowo-foliowa, etykieta w języku polskim z dwoma naklejkami typu TAG, zawierającymi datę ważności, numer lot, indeks wyrobu i nazwę producenta

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 22

Dot. Pakietu nr 23, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplety odzieży chirurgiczne wykonane z trzywarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m²? Wycięcie przy szyi w kształcie litery „V”, obszyte niebieską lamówką w kolorze odzieży. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 23

Pytania do projektu umowy:

1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

W zakresie dostaw terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Czy Zamawiający może określić min. procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

3. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał taką możliwość w § 7 pkt 2 i 3.

4. Czy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zamawiający zajął stanowisko w tej sprawie dokonując zapisów we wzorze umowy (patrz § 4).

5. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.


UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 17-10-19


mgr Katarzyna Stanczyńska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala