




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 18 294 300,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ 1820 /19

Żory, dnia 16 października 2019

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## **WYJAŚNIENIE SIWZ (9)**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 21/DZP/2019 na dostawę zestawów, serwet, fartuchów i pieluchomajtek**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4, serwetę wykonaną z laminatu 2-warstwowego 50x60 cm lub 50x70 cm z otworem 6x8cm i przylepcem wokół otworu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe jednocześnie rozszerzając rozmiar serwetki 50-60\*60-75cm i rozmiar otworu 6\*8cm.

### **Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 4 serwetę do zawinięcia zestawu foliowana min. 65-75x65-75cm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający w opisie podał rozmiar graniczny 65-75\*65-75cm.

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 12, pozycja 1,2 fartuchy pakowane bez dodatkowych dwóch włókninowych ściereczek lub ściereczkami pakowanymi osobno.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 14 serwetki na stół narzędziowy o wym. min.70x50cm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 14 serwetki nieprzylepna o wym. 60x50cm z otworem o  $\varnothing$  6cm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 6**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 14 nożyczki chirurgiczne proste tępo-ostre dł. min.13cm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, pozycja 1 zestaw o składzie :

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach min.150cm x 230cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach min.150cm x 180cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup>

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup>

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30x30cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach min.80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze min,42 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze min.28 g/m<sup>2</sup> i wymiarach min.60 cm x 140 cm. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach min.65 cm x 190 cm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, pozycja 2 zestaw o składzie :

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.57 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min.80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach min.25 cm x 60 cm, zintegrowana z jednym poczwórnym organizatorem przewodów.

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach min.150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min,57 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min.80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach min.25 cm x 60 cm, zintegrowana z jednym poczwórnym organizatorem przewodów.

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.57 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze min,80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach min.25 cm x 60 cm.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach min.30x34cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze min.47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o wymiarach min.60 cm x 85 cm. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach min.65 cm x 190 cm

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 9**

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie w Pakiecie 15, pozycja serwetę wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.25 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego w pakiecie 15, pozycja 4 zestaw o składzie :

1 x serweta 250x280 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, wymiarach 30 cm x 30 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o śr. 12 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.25 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 11**

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego w pakiecie 15, pozycja 5 zestaw o składzie :

1 x serweta 230x250 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o śr. 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min,56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze min.25 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 12**

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego w pakiecie 16, zestaw o składzie :

1 x serweta główna 300x200 cm z otworem wypełnionym folią z wycięciem w kształcie prostokąta, otwór otoczony workiem na płyny 360 st

serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm 1 szt

serweta na stolik Mayo 140x80 cm – 1 szt

serwetki do rąk min.30x30 cm wykonane z włókniny kompresowej min.40g/m<sup>2</sup> – 2 szt

fartuch chirurgiczny wykonany w włókniny min. 45 g/m<sup>2</sup> ze wstawkami nieprzemakalnymi w części przedniej i przedramionach o gram. Min.28 g/m<sup>2</sup> XL – 2 szt

fartuch chirurgiczny wykonany w włókniny min. 45 g/m<sup>2</sup> ze wstawkami nieprzemakalnymi w części przedniej i przedramionach o gram. Min.28 g/m<sup>2</sup> L – 1 szt

serweta w włókniny kompresowej min.80x60 cm dla noworodka – 2 szt

kompresy gazowe 17n16w 10x10 cm z nitką RTG – 40 szt

serwety gazowe 17n 6 w 45x45 cm z nitką RTG i tasiemką – 6 szt


**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

  
mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 14-10-14

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczenia Umów

mgr Iwona Penkala