



L.dz.MZOZ/DZP/0134 /19

Żory, dnia 11-03-2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 7/DZP/2019 na dostawę odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ §3 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy analizatora *do 35 dni od daty podpisania umowy*, na koszt i ryzyko wykonawcy?

Jeżeli tak, to prosimy również o stosowną modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowo-cenowy) pkt 2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2:

Dotyczy SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 4:

Dotyczy **pkt 3a:** Czy Zamawiający dopuści analizator z wbudowanym w jednostce głównej komputerem wraz z oprogramowaniem, monitorem LCD o wymiarach: 267 (szer.) x 205 (gł.) x 240 (wys.) mm, klawiaturą oraz drukarką laserową czarno-białą?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 3:

Dotyczy **pkt 3b:** Czy Zamawiający dopuści UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku przerwy w zasilaniu na 20 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 4:

Dotyczy **pkt 6c, oraz 7b:** Prosimy o zmianę treści z „graficzna prezentacja wyników na **fistogramach** i skattergramie” na „graficzna prezentacja wyników na **histogramach** i skattergramie” z uwagi na oczywistą pomyłkę pisarską.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską

Pytanie 5:

Dotyczy **pkt 5a:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy, a krwi kontrolnej co najmniej 2 miesiące od daty dostawy zgodnie z harmonogramem dostaw?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 6:

Dotyczy **pkt 9b**: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyjazd serwisu w przypadku awarii analizatora do 24 h w *dni robocze*? Powyższa zmiana byłaby spójna z treścią §2 ust. 2 pkt d Wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 7:

Dotyczy SIWZ, Pakiety (Formularz asortymentowo-cenowy) – Załącznik nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na policzenie ilości krwi kontrolnej z uwzględnieniem daty ważności podanej na opakowaniu? W sumie 37 fiolek z każdego poziomu: N,H,L po 3 ml każdy na cały okres trwania umowy.


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

UWAGA!


Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:


mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 12-03-2019.....

Starszy Inspektor
Dział Zamówień Publicznych I
i Rozliczenia Umów

mgr Aleksandra Wojcik