



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392
Regon 277951456
kapitał zakładowy: 18. 099.000,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/0775 /19

Żory, dnia 17 maja 2019

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (6)

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 17/ZO/DZP/2019 o wartości poniżej 30 tys. euro na dostawę nici i siatek chirurgicznych

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, monofilamentowe o podtrzymywaniu tkankowym po 57 dniach 40%, okres całkowitego wchłaniania 180-210 dni

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dot. Pakietu nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzone)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dot. Pakietu nr 2, poz. 9-25

Z uwagi na fakt, że nici powlekane poliglikonatem posiada tylko jeden oferent zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici równoważnych o takim samym podtrzymywaniu i czasie wchłaniania, lecz innym powleczeniu – nici, które chcemy zaoferować powlekane są polikaprolaktonem i stearynianem wapnia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dot. Pakietu nr 2 poz. 9, 11, 18, 37

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmiany

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Dot. Pakietu nr 2A, poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny pleciony o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dot. Pakietu nr 2A, poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Dot. Pakietu nr 2A, poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, o okresie podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach i okresie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dot. Pakietu nr 2A, poz. 13

Czy Zamawiający wydzielili pozycję 13 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, powlekane, z kwasu poliglikolowego i mlekowego bez powleczenia antybakteryjnego o podtrzymywaniu tkankowym 25% po 28 dniach i okresie wchłaniania do 70 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dot. Pakietu nr 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmiany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dot. Pakietu nr 6 poz.3

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Dot. Pakietu nr 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści materiał hemostatyczny o okresie wchłaniania 1 miesiąc, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15


Dot. Pakietu nr 7 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wydzielili pozycję 1 i 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem:


mgr Katarzyna Siemieniec

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu 20.05.2019.....

Dział Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów
INSPEKTOR


inż. Agnieszka Faryna