




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1574 /20

Żory, dnia 28 sierpnia.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SWZ (16)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 2

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 7 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 13 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 7

Pakiet nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley w przedziale 12Fr- 24Fr- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 22 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Pakietu nr 22 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 22 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU
mgr Katarzyna Świątnieć
mgr Katarzyna Świątnieć

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 01-09-2020.....

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala