




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1585 /20

Żory, dnia 31 sierpnia.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## **WYJAŚNIENIE SWZ (17)**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Każda dostawa będzie poprzedzona zamówieniem ilościowo-asortymentowym przesłanym pocztą elektroniczną i zrealizowana w ciągu 3 dni (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie w nagłych przypadkach zamówienia realizowane w trybie „PILNYM” dla których maksymalny czas realizacji wynosi do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (z zastrzeżeniem dni i godzin odbioru przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-12.00).”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w tym zakresie i dokonuje modyfikacji w zapisach § 2 ust.2

2. Każda dostawa będzie poprzedzona zamówieniem ilościowo-asortymentowym przesłanym pocztą elektroniczną i zrealizowana w ciągu 3 dni (od poniedziałku do piątku) od daty złożenia zamówienia. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie w nagłych przypadkach zamówienia realizowane w trybie „PILNYM” dla których maksymalny czas realizacji wynosi do 48h od złożenia zamówienia (z zastrzeżeniem dni i godzin odbioru przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-12.00).

### **Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania reklamacji Zamawiającego, przy czym w ramach rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o jej wynikach pocztą elektroniczną na adres [apteka@mzoz.zory.pl](mailto:apteka@mzoz.zory.pl) lub [zaopatrzenie@mzoz.zory.pl](mailto:zaopatrzenie@mzoz.zory.pl).

W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie przyjmuje się, że Wykonawca uznał reklamację. Wymiana towaru na podstawie rozpatrzonej reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się terminowo z dostawy nowego towaru Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów jak powyżej.

### **Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1a i 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 30zł na 10zł?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmniejszenie wysokości kar.

### **Pytanie 4**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 500 zł na 100 zł?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

### **Pytanie 5**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku przedłużenia terminu realizacji dostawy (w tym dostawy w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji) Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu interwencyjnego w dowolnie wybranej firmie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, zaś różnicą cen pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego a ceną przetargową wraz z wszelkimi poniesionymi kosztami zakupu interwencyjnego Zamawiający obciąży Wykonawcę z niniejszej umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów jak powyżej.

### **Pytanie 6**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Niedotrzymanie trzech kolejnych terminów dostaw upoważnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Stosuje się wówczas karę umowną o której mowa w ust. 1 lit. c).”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian w tym zakresie.

### **Pytanie 7**

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian w tym zakresie.

### **Pytanie 8**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przelać wynikających z niniejszej umowy wierzytelności względem Zamawiającego, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek przewidzianej prawem formie na rzecz osób trzecich, jak również przyjmować poręczeń podmiotów trzecich odnoszących się do zobowiązań Zamawiającego bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np.: z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać innych czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian w tym zakresie.

**Pytanie 9**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 1

Z uwagi na używanie igieł w różnych częściach przewodu pokarmowego czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby igły były dostępne w kilku rozmiarach, propozycja, pięć rozmiarów:

- śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
- śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
- śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm

(do wyboru przy zamówieniu)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej.

**Pytanie 10**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby kleszczyki dostępne były przynajmniej w dwóch rozmiarach? Jeśli tak, prosimy o wskazanie średnic, np. 2,3 mm i 3,0 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej.

**Pytanie 11**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby pętle dostępne były przynajmniej w pięciu średnicach: 10, 15, 25, 30, 35 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej.

**Pytanie 12**

Dotyczy pakietu nr 42, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby rozwarcie klipsa wynosiło 16 mm i aby była możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej.

**UWAGA!**

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU  
*Ję monec*  
mgr Barbara Słomkiewicz

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 01-09-2020

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczania Umów

*[Signature]*  
mgr Iwona Penkala