




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1631 /20

Żory, dnia 07 września.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SWZ (18)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Pakiet 2:

Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału.

dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześnieiki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Pakiet 9

Pytanie 1 do zad 9 pkt 1 i pkt 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał czujników w technologii Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, który eliminuje sygnał płynący z krwi żyłnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje czujniki w technologii Masimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, który eliminuje sygnał płynący z krwi żyłnej.

Pytanie 3

Pytanie 2 do zad 9 pkt 1 i pkt 2

Czy w związku z tym, że na rynku polskim istnieje wiele firm „podszywających” się pod dystrybutorów czujników i części zużywalnych w technologii Masimo a w rezultacie oferujących słabej jakości podróbki produkcji koreańskiej, chińskiej lub tureckiej Zamawiający będzie wymagał od oferenta aby był autoryzowanym dystrybutorem czujników w technologii Masimo SET , potwierdzone odpowiednim dokumentem od producenta firmy Masimo? Na rynku jest kilku autoryzowanych dystrybutorów, którzy mogą złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga asortymentu opisanego w specyfikacji jednocześnie dopuszcza produkty równoważne dopuszczone do zastosowania w technologii Masimo.

Pytanie 4

Pytanie 3 do zad 9 pkt 1

Czy zamawiający wymaga czujnika: Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie, niski profil

elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ:

Dotyczy §2 ust 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od warunku realizacji zamówień w trybie „PILNYM”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższych zapisów umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w dotychczas zamieszczonych wyjaśnieniach zmienił zapisy w tej części wydłużając termin realizacji zamówienia oraz czas realizacji zamówienia pilnego..

Pytanie 6

Dotyczy §5 ust 1 pkt a

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że w przypadku niezrealizowania części zamówienia o wartości niższej niż 50% całego zamówienia wysokość kar umownych nie przekroczy dwukrotności wartości niezrealizowanej części zamówienia”

Kara o konkretnej wartości pieniężnej może być równa bądź przewyższać wartość zamówienia częściowego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 7

Dotyczy §5 ust 1 pkt b

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy zamiennej na 0,2% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do ustalonego terminu dostawy zamiennej.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy §5 ust 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. paragrafu na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielając wcześniejszych wyjaśnień zmodyfikował zapis w §5. Proszę przedstawić zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy §6

Zwracam się z prośbą o zmianę w/w punktu na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PROKURSOR ZARZĄDU

mgr Katarzyna Siemieniuk

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 07-09-2020

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów


mgr Iwona Penkala