




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1640 /20

Żory, dnia 07 września.2020

**WSZYSCY WYKONAWCY**

## **WYJAŚNIENIE SWZ (19)**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

**Pakiet 4, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji j.u dla dzieci z 1 maską?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do resuscytacji j.u dla dzieci z 1 maską.

### **Pytanie 2**

**Pakiet 4, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści maski w innej kolorystyce, gdyż kolorystyka w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania wyrobu?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści maski w innej kolorystyce,

### **Pytanie 3**

**Pakiet 4, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult.

### **Pytanie 4**

**Pakiet 4, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m ?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dren o długości 2,1 m.

### **Pytanie 5**

**Pakiet 4, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji j.u dla dorosłych z 1 maską ?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do resuscytacji j.u dla dorosłych z minimum 1 maską.

### **Pytanie 6**

**Pakiet 4, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści maski w innej kolorystyce, gdyż kolorystyka w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania wyrobu?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza inną kolorystykę.

### **Pytanie 7**

**Pakiet 4, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult.

### **Pytanie 8**

**Pakiet 4, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m ?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dren o długości 2,1 m.

### **Pytanie 9**

**Pakiet 4, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji j.u dla noworodków z 1 maską ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zestaw do resuscytacji j.u dla noworodków z minimum 1 maską.

### **Pytanie 10**

**Pakiet 4, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści maski w innej kolorystyce, gdyż kolorystyka w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania wyrobu?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maski w innej kolorystyce.

### **Pytanie 11**

**Pakiet 4, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult.

### **Pytanie 12**

**Pakiet 4, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m ?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza dren o długości 2,1 m

### **Pytanie 13**

**Pakiet 4, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza w zamian za cyfrę na korpusie nazwę w j.angielskim np. pediatric, adult.

### **Pytanie 14**

**Pakiet 4, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści maski w innej kolorystyce, gdyż kolorystyka w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania wyrobu?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza maski w innej kolorystyce.

### **Pytanie 15**

**Pakiet 4, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści łącznik o poniższych parametrach:

- możliwość prowadzenia bronchoskopii
- długości 15 cm pozwala na większą elastyczność podczas operacji i procedur klinicznych
- Złącza końcowe pozwalają na bezpieczne podłączenie do wszystkich elementów Y zgodnie z zatwierdzonymi standardami.
- Do stosowania podczas znieczulenia, oddychania i używania resuscytatora
- Przedłużacz do rurek ze złączem intubacyjnym zgiętym pod kątem 90 stopni
- pakowane pojedynczo papier folia ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

### **Pytanie 16**

**Pakiet 4, pozycja 5-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 4 pozycję 5 umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wydzielenie.

### **Pytanie 17**

**Pakiet 4, pozycja 6-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej/ tracheotomijnej o poniższych parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)

- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianległe oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisany produkt na zasadzie równoważności.

#### **Pytanie 18**

**Pakiet 14, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 % chlorheksydyny z naciętą saszetką ułatwiającą otwieranie. 1 gąbka z poprzecznym pofałdowaniem. Każde opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu opakowania, skuteczny w redukcji VAP?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

#### **Pytanie 19**

**Pakiet 14, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej jako wyrób medyczny klasy I?

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do toalety jamy ustnej jako wyrób medyczny klasy I.

#### **Pytanie 20**

**Pakiet 14, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12 %

chlorheksydy z naciętą saszetką ułatwiającą otwieranie. 1 gąbka z poprzecznym pofałdowaniem. 1 saszetką 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną oraz aloesem. Każde opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 21**

**Pakiet 14, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% nadtlenu wodoru z naciętą saszetką ułatwiającą otwieranie. 1 gąbka z poprzecznym pofałdowaniem. 1 saszetką 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną oraz aloesem. Każde opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 22**

**Pakiet 14, pozycja 2-** Czy zamawiający odstąpi od badań klinicznych na skuteczność redukcji VAP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wyżej wskazanego wymogu.

**Pytanie 23**

**Pakiet 14, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej jako wyrób medyczny klasy I?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zestaw do toalety jamy ustnej jako wyrób medyczny klasy I.

**Pytanie 24**

**Pakiet 14, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 2 gąbki z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania z 2 otworami ssącymi pokryte dwuwęglanem sodu, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% nadtlenu wodoru z naciętą saszetką ułatwiającą otwieranie. 1 saszetką 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną oraz aloesem. Każde opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu po otwarciu opakowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 25**

**Pakiet 14, pozycja 3-** Czy zamawiający odstąpi od badań klinicznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wyżej wskazanego wymogu.

**Pytanie 26**

**Pakiet 14, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści preparat nawilżający do jamy ustnej 3 ml saszetki preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną oraz aloesem, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 27**

**Pakiet 14, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści preparat nawilżający do jamy ustnej 5 ml tubki preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z triklosanem i gliceryną, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 28**

**Pakiet 14, pozycja 6-8** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 4 pozycję 6-8 umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.



### **Pytanie 29**

**Pakiet 14, pozycja 9-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny ściereczki z 2 % chlorheksydyną , o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, z 99,99 % skutecznością wobec bakterii gram-ujemnych oraz gram-dodatnich dzięki zawartości chlorheksydyny, o neutralnym ph - 5,5, działanie odżywcze, nawilżające (dzięki zawartości aloesu) oraz oczyszczające dla skóry, nie zawierają: lateksu, alkoholu oraz lanoliny, o gramaturze 60 g, 50% wiskozy i 50 % PE. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Testowane dermatologicznie. Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania, wymiar 22 x 22 cm a ' 4 sztuki?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 30**

**Pakiet 16, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści kaniule dotętniczą 1,1x 45mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 31**

**Pakiet 19, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

### **Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny

### **Pytanie 32**

**Pakiet 19, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 33**

**Pakiet 19, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 34**

**Pakiet 19, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 35**

**Pakiet 19, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 36**

**Pakiet 19, pozycja 4-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 37**

**Pakiet 19, pozycja 5-** Czy zamawiający dopuści przestrzeń martwa rura o wewnętrznej ścianie karbowanej?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zarówno karbowaną jak i gładką ścianę.

### **Pytanie 38**

**Pakiet 19, pozycja 7-** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt na zasadzie równoważności oferty.

### **Pytanie 39**

**Pakiet 19, pozycja 8-9** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 19 pozycję 8-9 umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

### **Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia bez zmian.

### **Pytanie 40**

**Pakiet 19, pozycja 10-** Czy zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych długość ramion 160 cm dodatkowe ramię 80 cm, wykonane z PE?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt.

### **Pytanie 41**

**Pakiet 19, pozycja 10-** Czy zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych długość ramion 180 cm dodatkowe ramię 100 cm, wykonane z PE?

### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższy produkt.

### **Pytanie 42**

**Pakiet 19, pozycja 11** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 19 pozycję 11 umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

**Odpowiedź:**

Zamawiający pozostawia bez zmian.

**Pytanie 43**

**Pakiet 24, pozycja 7-** Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z PCV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maskę do podawania tlenu wykonaną z PCV.

**Pytanie 44**

**Pakiet 24, pozycja 9-** Czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu wykonaną z PCV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza maskę do podawania tlenu wykonaną z PCV.

**Pytanie 45**

**Pakiet 25, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści rękojeść radełkowaną zapewniającą pewny chwyt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rękojeść radełkowaną zapewniającą pewny chwyt.

**Pytanie 46**

**Pakiet 25, pozycja 1-** Czy zamawiający dopuści rękojeść posiadającą zielony ring pod mocowaniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rękojeść posiadającą zielony ring pod mocowaniem.

**Pytanie 47**

**Pakiet 25, pozycja 2-** Czy zamawiający dopuści numer seryjny na górze łyżki, pozostałe oznaczenia zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza numer seryjny na górze łyżki, pozostałe oznaczenia zgodne z SIWZ.

**Pytanie 48**

**Pakiet 25, pozycja 3** Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu światłowodową w rozmiarze Miller 00 ( dł 65mm), 0 (dł 78mm), 1(dł 102mm)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu światłowodową w rozmiarze Miller 00 ( dł 65mm), 0 (dł 78mm), 1(dł 102mm).

**Pytanie 49**

**Pakiet 25, pozycja 3-** Czy zamawiający dopuści numer seryjny na górze łyżki, pozostałe oznaczenia zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza numer seryjny na górze łyżki, pozostałe oznaczenia zgodne z SIWZ.

**Pytanie 50**

**Pakiet 31, pozycja 10-** Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 31 pozycję 10 umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

**Pytanie 51**

**Pakiet 31, pozycja 10-** Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z podziałką 100 m od 100-1500ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza worek na wymiociny z podziałką 100 m od 100-1500ml

**Pytanie 52**

**Pakiet 31, pozycja 10-** Czy zamawiający dopuści worek na wymiociny z funkcją Twist& Lock uniemożliwiający wydostanie się zapachu i treści?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza worek na wymiocy z funkcją Twist& Lock uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści pozostałe wymogi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 53**

**Pakiet 43 pozycja 1-** Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga 80 sztuk czy 80 kpl a'4 sztuki, gdyż elektrody pakowane są 4 sztuki co stanowi najmniejszą ilość w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga szacunkowej 80 sztuk tj.20 opakowań po 4 sztuki

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.** -

Z poważaniem:

FRANÇOIS ZARZĄDU  
Dłż. urzęd. /  
mgr Aleksandra Stanczyńska

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu 08-09-2020

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456  
KRS: 0000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala