



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1615 /20

Żory, dnia 03 września.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SWZ (20)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakich kleszczyków biopsyjnych w Pakiecie nr 42 pozycja 3 Zamawiający wymaga. Czy są to: jednorazowe szczypce biopsyjne łyżeczki owalne z okienkiem, jednorazowe szczypce biopsyjne z igłą łyżeczki owalne z okienkiem, jednorazowe szczypce biopsyjne łyżeczki typu „szczęki aligatora” z okienkiem czy jednorazowe szczypce biopsyjne łyżeczki typu „szczęki aligatora” z igłą i okienkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednorazowe szczypce biopsyjne owalne z okienkiem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 pozycja 3 będzie wymagał długości roboczej 2300mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga długość roboczą 230mm.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 pozycja 4 będzie wymagał pętli owalne o długości roboczej 2300mm, średnicy drutu 0,47mm oraz średnicy pętli 10mm, 15mm oraz 25mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał pętli owalne o długości roboczej 2300mm, średnicy drutu 0,47mm oraz średnicy pętli 10mm, 15mm oraz 25mm

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 42 pozycja 5 będzie wymagał jednoarowego narzędzia do zakładania klipsów z funkcją wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa, do mechanicznej hemostazy w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, o dodatkowym zastosowaniu w zamykaniu ubytków błony śluzowej, oznaczania oraz kotwiczenia, z funkcją rotacji. Szerokie, nastawne rozwarście ramion klipsa ułatwia uchwycenie odpowiedniej ilości tkanki. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, długość ramienia 10mm.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał jednoarowego narzędzia do zakładania klipsów z funkcją wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa, do mechanicznej hemostazy w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, o dodatkowym zastosowaniu w zamykaniu ubytków błony śluzowej, oznaczania oraz kotwiczenia, z funkcją rotacji. Szerokie, nastawne rozwarście ramion klipsa ułatwia uchwycenie odpowiedniej ilości tkanki. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm, długość robocza 2300mm, długość ramienia 10mm.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
w dniu03.09.2020.....

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów

mgr Iwona Penkala

PRZEZ Zarząd
mgr Halina Sierantec
mgr Halina Sierantec