




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o. o.
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
tel. (32) 43 41 781
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1636 /20

Żory, dnia 07 września.2020

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIE SWZ (4)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwi lepsze absorbowanie światła UV.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwi lepsze absorbowanie światła UV na zasadzie równoważności oferty.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści okulary składające się z dwóch niezależnych części oraz posiadające dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na okulary składające się z dwóch niezależnych części oraz posiadające dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii posiadały wkłknięcie w obrębie oczodołów umożliwiające swobodne poruszanie powieką przez cały czas gdy dziecko ma założone okulary.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga jak powyżej.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 18

Z opisu pakietu wynika, iż Zamawiający ma zamiar stosować układ oddechowy w połączeniu z nawilżaczem który następnie drenami jest podłączony do urządzenia typu Neopuff.

W przypadku takiego podłączenia wymagane jest zastosowanie komory nawilżacza jak również dla prawidłowej wentylacji nawilżenia gazów oraz ich podgrzanie.

Czy Zamawiający wymaga aby układ zawierał komorę nawilżacza oraz dren z zatopioną grzałką służący do nagrzania i utrzymania temperatury gazów na odcinku poprzedzającym odcinek z zastawką T służący do resuscytacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 18

Czy Zamawiający wymaga układ jak opisany w pytaniu nr 1 jednakże bez komory nawilżacza?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.

Z poważaniem:

PROKURATOR ZARZĄDU

mgr Iwona Penkala

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej
w Żorach Sp. z o.o.
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456
KRS: 0000087474
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu08-09-2020.....

BIURO
Działu Zamówień Publicznych
i Rozliczenia Umów


mgr Iwona Penkala