




Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392 Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 19 693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/1637 /20

Żory, dnia 07 wrzesień 2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIE SWZ (5)

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

##### **Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do znieczulenia z igłą Touchy bez zdejmowalnych skrzydełek?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 2**

##### **Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do znieczulenia z zatraskiem nieprzeźroczystym?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Pytanie 3**

##### **Pakiet 13, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści dren posiadający część zbiorczą wykonaną z białego silikonu?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 4**

##### **Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętniczą 20G 1,1mmx45mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający na zasadzie równoważności oferty wyraża zgodę na powyższe.

#### **Pytanie 5**

##### **Pakiet 21, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 80x30m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Większa rolka nie mieści się w urządzeniu.

#### **Pytanie 6**

##### **Pakiet 22 pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13, z pakietu 22 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 13 z pakietu nr 22.

W wyniku powyższej zmiany pakiet nr 22 liczy pozycje od 1-12.

Wydzielona pozycja 13 zostaje przeniesiona do nowo utworzonego pakietu nr 55 o nazwie zgłębnik nosowo-żołądkowy.

**Uwaga!**

**Zmianie ulega kwota wadium:**

w pakiecie nr 22 wynosi 80,00 zł  
natomiast w pakiecie nr 55 – wadium nie jest wymagane

**Pytanie 7**

**Pakiet 23, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści worki z bezigłowym portem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 8**

**Pakiet 23, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści worki z jedną zastawką w worku, a drugą pomiędzy komorą pomiarową a drenem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 9**

**Pakiet 23, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści worek o poj. 100 ml w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający odnosząc się do powyższego pytania rozszerza pojemność worka od 100-150ml

**Pytanie 10**

**Pakiet 23, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylny o poj. 1500ml z miękkim cewnikiem zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie 11**

**Pakiet 24, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do podawania tlenu przez nos z końcówkami prostymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 12**

**Pakiet 26, pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą przedłużoną o min. 10%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe na zasadzie równoważności oferty.

**Pytanie 13**

**Pakiet 31, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z dokładną skalą pomiarową ( do 100ml co 10ml i od 100ml do 100ml co 50ml)?


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wymagana jest dokładna skala do 100ml co 10 ml i od 100ml co 50ml.

**UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

  
mgr Katarzyna Głęboczek

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu ..... 08-09-2020 .....

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczania Umów

mgr Iwona Penkala

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o.o.  
NIP: 651-16-04-392, REGON: 277951456  
KRS: 0000087474  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
woj. śląskie, tel. 32 434 17 81