



L.dz.MZOZ/DZP/1544 /20

Żory, dnia 26 sierpnia.2020

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIE SWZ (6)

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 22/DZP/2020 na dostawę sprzętu medycznego j. u.**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w **pakiecie 46** Linii do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika  $\geq 200$  Hz, kompletnej linii >45. Biureta z trzema otworami w kolcu, zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 120 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Wymienne czerwone koreczki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Kompatybilny z posiadanymi przez użytkownika kablami.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

#### **UWAGA!**

**Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego.**

Z poważaniem:

PRZEDSIĘBIORCA  
*Katarzyna Stanienc*  
mgr Katarzyna Stanienc

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

w dniu *27.08.2020r.*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Rozliczania Umów

*W*  
mgr Iwona Penkala