



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392  
Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 19.693 800,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/2030/20

Żory, dnia 27 października 2020r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI (3)

**Dotyczy: zapytania ofertowego nr 25/ZO/DZP/2020 o wartości poniżej  
30 tys. euro na dzierżawę aparatów wraz z dostawą odczynników**

W związku z otrzymaniem pytania Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

W związku z wymogiem wyceny wszystkich akcesoriów, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innych prosimy o dopuszczenie rozbudowy tabeli z wykazem (pakietem) odczynników o niezbędną ilość wierszy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozbudowę tabeli o niezbędną ilość wierszy w celu wykonania wyceny niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli i niezbędnych akcesoriów.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o zmianę w zakresie zapisów §3 ust. 2 pkt. d., Z uwagi na szeroko rozbudowaną organizację serwisową podanie danych konkretnej osoby może być z punktu widzenia Zamawiającego nieefektywne i prowadzić do niezamierzonych opóźnień w realizacji zgłoszenia, np. z uwagi na urlop, zwolnienie lekarskie, inne. Organizacja pracy naszej firmy oparta jest na skutecznych narzędziach telekomunikacyjnych i ma strukturę współpracujących z sobą zespołów. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu i zaakceptowanie alternatywnie komunikacji z Serwisem na wskazany, nie imienny, adres mailowy, telefon bądź za pośrednictwem platformy serwisowej służącej do zgłaszania problemów technicznych i aplikacyjnych oraz do śledzenia postępów realizacji każdego zgłoszenia jak również dającej bezpośredni dostęp do raportów serwisowych, ulotek odczynnikowych i kart MSDS.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.


#### **Pytanie 3**


Czy w zakresie pkt. 11 specyfikacji parametrów technicznych i użytkowych analizatorów dla analizatora głównego wymagane jest wpięcie w sieć i pokrycie kosztów wpięcia po stronie wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie dostawcy LIS w placówce.

#### **Odpowiedź:**

Tak, wpięcie do sieci i pokrycie kosztów leży po stronie wykonawcy. Dostawcą LIS jest firma Zelnet.

Z poważaniem:

Starszy Inspektor  
Dział Zamówień Publicznych  
i Rozliczenia Umów  
  
mgr Aleksandra Wójcik

  
mgr Marianna Stępień