



Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej  
w Żorach Sp. z o. o.  
44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20  
tel. (32) 43 41 781  
NIP 651-16-04-392  
Regon 277951456  
kapitał zakładowy: 22 403.700,00 zł



L.dz.MZOZ/DZP/ *alb4* /21

Żory, dnia 11 lutego 2021

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIE (2)

#### Dotyczy: zapytania cenowego nr 03/2021 na dostawę pomp infuzyjnych oraz stacji dokujących

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, g, U, KU, IU, IE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

**Pyt. 2** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z trybem wlewu TIVA zamiast trybu TCI? Metoda działania jest bardzo podobna i wielu przypadkach stosowana wymiennie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

**Pyt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z dawkowaniem leku z możliwością ustawiania objętości w zakresie od 0,01 do 9999 jednostek oraz czasu infuzji w zakresie od 1 min do 99 godzin 59 minut z automatycznym obliczaniem szybkości infuzji ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności oferty.

**Pyt. 4** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Z wiedzy Zamawiającego wynika, że funkcja powyżej wskazana nie jest wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp a jest istotna dla Zamawiającego.

Z poważaniem:

  
mgr Katarzyna Siemich